

ההנהלה הראשית

תאריך: 16.02.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-008598

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש טימפנומטריה אבחנתיים דגם TYMPSTAR PRO, תוצרת GSI
.GRASON STADLER

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנייל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il.03-6923381 תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 16 בפברואר 2020
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש טימפנומטריה אבחנתיים מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 12.02.2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש טימפנומטריה אבחנתיים מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

1. כללי:

בית חולים / מחוז	סורוקה
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	טימפנומטריה אבחנתיים

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	Tympstar PRO
יצרן	GSI- GRASON-STADLER
משווק ע"י (ספק בארץ)	מדטכניקה
אושר בוועדה (שם הוועדה)	א.א.ג
מועד התכנסות הוועדה	26/12/2019
בקשה מס'	24080

3. ועדת הציוד אישרה דגם נוסף בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדטון	INTERACUSTICS	AT 235h מק"ט: 1000112670	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגם האחר אינו מתאים ואינו רלבנטי עבור רכש זה:

1. AT 235h-INTERACUSTICS

- א. ללא יכולת שימוש כמערכת עצמאית לביצוע דיאגנוסטיקה רחבה במהלך הבדיקה – דורש מחשב PC לביצוע דיאגנוסטיקה במהלך הבדיקה, לרבות תוכנה ייעודית + מסך+ מקלדת
- ב. ללא יכולת בחירת קריאה אחת מתוך מס' בדיקות- לרבות ביצוע אנליזה, ניתוח והדפסה לקריאה המבוקשת בלבד
- ג. בבדיקות ETF וריפלקס ידני לילדים ותינוקות נדרש 2 בודקות לביצוע הבדיקה לצורך הפעלת המערכת
- ד. מסך קטן- פונטים קטנים (ללא אפשרות לשינוי גודל הפונט), אינו כולל מסך מגע

4. חלופות שנבדקו:

לא נבדקו חלופות נוספות מאחר ולא קיימות חלופות העומדות בתנאים של דרישות הקליניות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות :

תכונות ייחודיות למכשירי Tympstar PRO של היצרן GSI :

- 6.1 יכולת המערכת לשמש כמערכת StandAlone ללא תלות במחשב PC – במהלך הבדיקה הקלינאי יכול לבצע אנליזה מפורטת לבדיקה כולל הפקת פלט ע"י מדפסת
- 6.2 פונקציית ZOOM לביצוע דיאגנוסטיקה ופענוח (ע"י הבדק עצמו) תוצאות הבדיקה שהתקבלו תוך סימון ערכי הבדיקה (הענות ולחץ) ונטרול קריאות false שהתקבלו כמו בכי ושיעול- מייתר בדיקות חוזרות בעיקר בבדיקות תינוקות וילדים.
- 6.3 פרוטוקולים מוגדרים מראש- מאפשר יצירת עקביות בבדיקות ויעילות בזמן הבדיקה
- 6.4 מעבר מהיר בין הבדיקות (Tymp, Reflex, ETF וכיוב') להפעלת כל סוגי הבדיקות ע"י בודק אחד בלבד ללא תלות בבודק נוסף- הכרחי בבדיקת ילדים
- 6.5 מסך טאצ' בעל תצוגה צבעונית בגודל 12 אינץ' הכולל פונטים גדולים וברורים להצגה ברורה וביצוע ניתוח ושינוי בערכים במהלך הבדיקה בקלות ובעילות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' יפה רו ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ