

ההנהלה הראשית

תאריך: 16/11/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807194

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שלוחת בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר הנשמה ברמת פרימיום עם גמילה אוטומטית, דגם SI, תוצרת HAMILTON.

2. הדרושות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי תורת הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר בתוכם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381. תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש



טופל מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם וטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: ספטמבר 2016

תאריך: 08/09/16

לכבוד
ד"ר יוני רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שיהתי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מכונת הנשמה ברמת פרמיום עם גמילה אוטומאטית מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי העמק

כללי:

מרכז רפואי העמק	בית חולים / מחוז
מכשיר הנשמה ברמת פרמיום עם גמילה אוטומאטית	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

S1	דגם
Hamilton	יצרן
בפקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
ט.נ פגים וילדים	אנשר בוועדה (שם הוועדה)
22/07/15	מועד התכנסות הוועדה
11543	בקשה מס'

3. יעדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

מכונת הנשמה מדגם EVITA V500, נמצאת בתהליך אישור לשימוש בכללית שטרם חסתיים. מכונת הנשמה זו לא עומדת בכל הדרישות הקליניות שהתקבלו כיוון שאין לה את הפונקציות הבאות:

- א. גמילה אוטומאטית מהנשמה מלאה ועד אקסטובציה באמצעות מדידת ETCO2
- ב. מדידת לחץ טרנספולמונארית
- ג. בקרת לחץ בבלונית
- ד. High flow ventilation



טופל מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: ספטמבר 2016

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק

יועץ הנדסה רפואית

העתיקים

גב' אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב

הנדון: רכש מכשירי הנשמה ברמת פרימיום עם שיטת גמילה אוטומטית
מאת: בפקס עבור: מרכז רפואי העמק

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מז"ב מותבו של ועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מנחם שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
צחק מרזם, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות