

תאריך: 18.03.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-008658

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם תב' ג.ש. אופטיקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש CHART PROJECTOR, דגם M&S STANDARD, תוצרת M&S TECHNOLOGIES

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות ראוי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 18 במרץ 2020
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש Chart Projector
מאת ג.ש אופטיקס עבור בית החולים שניידר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות) (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל ראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל ראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 16.03.2020

לכבוד
 ד"ר זאב סנדר
 מ"מ ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
 שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
 רכש Chart Projector מאת ג.ש אופטיקס עבור בית החולים שניידר

1. כללי:

שניידר	בית חולים / מחוז
Chart Projector	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

M&S standard	דגם
M&S Technologies	יצרן
ג.ש אופטיקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
עיניים	אושר בוועדה (שם הוועדה)
21.02.2008	מועד התכנסות הוועדה
3478	בקשה מס'

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
צ.י.ר סקיימד בעמ	VISIONIX	דגם: VX22 מק"ט: 1000154806	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	REXXAM SHIN NIPPON	דגם: CP-500 מק"ט: 1000112671	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
צ.י.ר סקיימד בעמ	UNICONS	דגם: ACP700 מק"ט: 1000073443	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
אבנט ציוד רפואי בע"מ	SIFI	YANG SMART מק"ט: 1000066466	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
ג.ש. אופטיקס בע"מ	HUVITZ	דגם: CCP3100 מק"ט: 1000050799	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
ד.ט.י. שרותי אופטיקה	POTEC	דגם: PACP6100 מק"ט: 1000050840	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
ד.ט.י. שרותי אופטיקה	POTEC	דגם: PACP7000L מק"ט: 1000073443	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
ג.ש. אופטיקס בע"מ	HUVITZ	דגם: HCP 7000 מק"ט: 1000065948	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	AMPLIVOX	דגם: TITMUS V4 מק"ט: 1000069494	לא עומד בדרישות קליניות של המוסד

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

1. XV22-VISIONIX

א. מקרן דיגיטלי ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

2. CP-500- REXXAM SHIN NIPPON.

ב. אינו מקרן דיגיטלי
ג. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

3. ACP700- UNICONS.

ד. אינו מקרן דיגיטלי
ה. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

4. YANG SMART- SIFI.

ו. אינו מקרן דיגיטלי
ז. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

5. CCP3100- HUVITZ.

ח. אינו מקרן דיגיטלי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

ט. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

PACP6100- POTE. 6

י. אינו מקרן דיגיטלי
 יא. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

PACP7000L- POTE. 7

יב. אינו מקרן דיגיטלי
 יג. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

HCP 7000- HUVITZ. 8

יד. אינו מקרן דיגיטלי
 טו. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

TITMUS V4- AMPLIVOX. 9

זז. אינו מקרן דיגיטלי
 יז. ללא יכולת הקרנת אותיות ע"ש LEA הייעודי לבדיקת ילדים

4. חלופות שנבדקו:

לא נבדקו חלופות נוספות מאחר ולא קיימות חלופות העומדות בתנאים של דרישות הקליניות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

תכונות ייחודיות למכשירי M&S standard של היצרן M&S Technologies:

- 6.1. המכשיר כולל את כל הלוחות הנדרשים לבדיקת חדות ראייה לרבות לוח LEA SYMBOLS אשר ייעודי לבדיקת ילדים שלא קיים במכשירים מקבילים
- 6.2. בהתאם לנוהל משרד הבריאות (מס' חוזר 01/2020) לביצוע בדיקות סקר ראייה בטיפת חלב-הלוח המקובל ככלי הבדיקה לבדיקת חדות ראייה הינו לוח סמלי LEA SYMBOLS
- 6.3. המכשיר כולל מגוון סרטוני אנימציה מוכרים בעולם הילדים אשר עוזרות ומקלות בזמן הבדיקה בבדיקות ממושכות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 4 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
 יועץ הנדסה רפואית

העתקים:
 גבי יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
 גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 די"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ