


תאריך: 18/10/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805861

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי דובר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת עירוי ברמת PREMIUM, משאבת מזרק דגם GH PLUS.
2. משאבת עירוי דגם GP PLUS, תוצרת CAREFUSION.
3. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
4. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
5. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 14 באוקטובר, 2015
סימוכין: רח: 2664

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת עירוי ברמת PREMIUM

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדות הציוד לטיפול נמרץ והרדמה וטיפול נמרץ פגים וילדים אישרו דגם יחיד בקטגוריות כדלקמן:

1. משאבת המזרק בקטגוריה: "משאבות מזרק ברמת Premium שאינן מחייבות תחנת עגינה".

יצרן: CAREFUSION

דגם: GH PLUS

ספק: דובר

2. משאבת העירוי בקטגוריה של: "משאבות נפח למתן נוזלים ודם ברמת פרימיום שאינן מחייבות תחנת

עגינה".

יצרן: CAREFUSION

דגם: GP PLUS

ספק: דובר

לפיכך, חברת דובר מהווה ספק יחיד לרכש המערכת.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ד"ר ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: אוקטובר 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישה מס' 19661091

<p>שם המכשיר: מערכת עירוי ברמת PREMIUM דגם: GH PLUS, GP PLUS יצרן: CAREFUSION ספק: דובר עבור: פגיה המכשיר אושר בועדת ציוד: ט.נ.ו.הרדמה (27/07/2010), ט.נ.פגים וילדים (28/11/11) מס' בקשה / מק"ט המכשיר: 5254</p>

1. סיבת הבקשה:
 - 1.1. מאפיין ייחודי של המכשיר: מערכת העירוי היחידה ברמת PREMIUM אשר מאושרת לשימוש ללא תחנת עגינה
 - 1.2. הדרישה הינה לרכישת:
 - 1.2.1: 2 תחנות עגינה (בנות 5 נקודות עגינה לפחות)
 - 1.2.2: 15 משאבות עירוי ברמת PREMIUM
 - 1.2.3: 10 משאבות מזרק ברמת PREMIUM
 - 1.3. משאבות העירוי והמזרק צריכות להתאים גם למיטות אשר אינן כוללות תחנות עגינה וגם צריכות להתאים ליחידת הילודים שם אין תחנות עגינה כלל – רציפות הטיפול ביילוד.
2. נבדקה חלופה בין המכשירים המאושרים לשימוש, כדילקמן, ולא נמצאה מתאימה:
 - 2.1. יצרן: B.BRAUN דגם: SPACE קיים ספק בארץ: לפידות

הערות: מערכת עירוי ברמת PREMIUM המאושרת לשימוש באמצעות תחנת עגינה בלבד. משאבות העירוי והמזרק אינן מאושרות לשימוש ללא תחנת העגינה.
3. לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,
דנה ברק
כללית הנדסה רפואית

עותק:
אורית הקר - האגף לטכנולוגיות רפואיות
ערן פלג - מנהל מ' הנדסה וייעוץ