


תאריך: 18.10.2020  
סימוכין: 1001-2010-2020-009379

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

## הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי גילת מדיקל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר וידאו EEG 64 ערוצים, (STAND ALONE), דגם SD 64LTM, יצרן MICROMED. עבור שניידר דרישה 26368187
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381 ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

ועד לפני  
שביל הבריאות שלך

תאריך: 18 באוקטובר 2020  
סימוכין: 1001-2030-2020-026906

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות


שלום רב,

**הנדון: רכש מכשיר וידאו EEG 64 ערוצים (STAND ALONE)**  
**מאת גילת מדיקל עבור המ"ר שניידר**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/ שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה ויועץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות		עמוד 1 מתוך 2 עמודים	
מאשר:		תאריך תוקף: 07/09/2020	תאריך
ערן פלג	חתימה		

תאריך: 30.9.20

לכבוד  
ד"ר זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד**  
**ברכש מכשיר וידאו EEG 64 ערוצים (STAND ALONE) מאת גילת מדיקל עבור המ"ר שניידר**

1. כללי :

שניידר	בית חולים / מחוז
EEG דיגיטלי עם וידאו	מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

SD LTM64	דגם
MICROMED	יצרן
גילת מדיקל	משוק ע"י ( ספק בארץ )
לא קיימה בקשה (הפריט נרכש מספר פעמים)	אושר בוועדה ( שם הוועדה )
	מועד התכנסות הוועדה
אין	בקשה מס'

ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה אולם אינם מתאימים זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם / מק"ט יצרן	מק"ט כללית	הערות / סיבת אי התאמה
ש.גילת מחקר וציוד רפואי	MICROMED	BRAIN QUICK SD LTM 32	1000126646	מכשיר של 32 ערוצים
ש.גילת מחקר וציוד רפואי	MICROMED	SD PLUS	1000122940	הפריט הינו רק מכשיר של 64 ערוצים, לא כולל את כל האביזרים הנדרשים למערכת STAND ALONE
אורגיל ציוד רפואי בע"מ	MICROMED	SAM 32	1000077191	מכשיר של 32 ערוצים
לפידות מדיקל יבוא ושיווק	NIHON KOHDEN	EEG-9121K/INT	לא נפתח	מכשיר ישן, 25 ערוצים
לפידות מדיקל יבוא ושיווק	NIHON KOHDEN	EEG1200	1000084354	שדרוג מכשיר, 25 ערוצים

ובנוסף יש 2 מכשירים נוספים בתהליך אישור בוועדת ציוד :

התחילה הערכה קלינית  
ממתיינים להגעת מכשיר

1. ספק: מדלייף יצרן: NATUS בקשה: 26868  
2. ספק: לפידות יצרן: NIHON KOHDEN בקשה: 27705

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות		עמוד 2 מתוך 2 עמודים	
מאשר:		ערן פלג	תאריך תוקף: 07/09/2020
חתימה		תאריך	

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד המתבססות על הציוד הקיים במחלקה והצורך בהתאמה לציוד הקיים, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

במח' וידאו EEG בבי"ח שניידר קיימת מערכת של חב' גילת מדיקל תוצרת MICROMED. נדרשת רציפות הטיפול למטופל העובר ממח' וידאו EEG למח' ט"נ ולח"נ- ביצוע השוואות בין בדיקות שבוצעו למטופל (בדגש על מטופלים שיעברו ניתוחי אפילפסיה). לכל יצרן יש תכנה ("ושפה"... משלו לשמירה ועיבוד נתונים לכן נדרש מכשיר שידע "לדבר" עם המכשיר הקיים במוסד. בנוסף, ניתן לבצע קריאת on line של בדיקות בין מכשירים המאפשרת ניטור חולים קריטיים באופן כמעט רציף עם זמינות גבוהה של נויורולוג.

3. הערות:

4. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין, לאור דגמי המערכות המותקנות במחלקה, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

גדי איזנברג, M Sc  
מנהל תחום ח"י, ט"נ, מכונים ומרפאות

העתקים:

גבי יפה רוז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות  
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ