

תאריך: 18.11.2020
 סימוכין: 1001-2010-2020-009543

נספח מס' 1
 סעיף 6.2 א (2)

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: ברונכוסקופ וידאו פדיאטרי
- 2.


דגם	BF-MP190F
יצרן	OLYMPUS

3. עבור ביה"ח שניידר דרישה מס 28473838

4. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

5. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

6. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


 שלומי גרוסמן
 ראש אגף רכש

עד לפני
שביל הבריאות שלך

תאריך: 18 בנובמבר 2020
סימוכין: 1001-2030-2020-026945

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש ברונקוסקופ וידאו
מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי שניידר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

עד לפני
שביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ		עמוד 1 מתוך 2 עמודים	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות				תאריך תוקף: 07/09/2020	
מאשר:	ערן פלג	חתימה		תאריך	

תאריך: 17 נובמבר 2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש ברונכוסקופ וידאו מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי שניידר

1. כללי:

שניידר	בית חולים / מחוז
ברונכוסקופ וידאו פדיאטרי	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט לחלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

BF-MP190F	דגם
OLYMPUS	יצרן
מדטכניקה	משווק ע"י (ספק בארץ)
ריאות	אושר בוועדה (שם הוועדה)
18/06/2019	מועד התכנסות הוועדה
24810	בקשה מס'

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה ויישום	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות		עמוד 2 מתוך 2 עמודים	
מאשר: ערן פלג		תאריך תוקף: 07/09/2020	
חתימה		תאריך	

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם ספק	ייצרן	דגם	מק"ט כללית	הערות
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-1T180	1000149192	ברונכוסקופ טיפולי, קוטר חיצוני mm6
שני טל שווק בע"מ	FUJINON	FB 530H	1000064365	קוטר חיצוני mm4.5, נדרשת מערכת הפעלה של FUJINON
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-Q190	1000103824	ברונכוסקופ טיפולי, קוטר חיצוני mm5
גטר גרופ	PENTAX	EB-1575K	טרם הוקם	קוטר חיצוני mm5.2 נדרשת מערכת הפעלה PENTAX
גטר גרופ	PENTAX	EB-1975K	טרם הוקם	קוטר חיצוני mm6.3 נדרשת מערכת הפעלה PENTAX
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BE-3C160	1890055220	קוטר חיצוני mm3.8 – אינו מיוצר יותר
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-XP190	1000103821	לא מתאים במידות המבוקשות
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-MP190F	טרם הוקם	הדגם המבוקש

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד המתבססות על הציוד הקיים במחלקה והצורך בהתאמה לציוד הקיים, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה. ביי"ח שניידר מבקש לרכוש ברונכוסקופ וידאו למחלקת ריאות, עבור פגים יילודים וילדים מתחת ל 5 ק"ג.

לכן נדרש ברונכוסקופ וידאו בעל קוטר חיצוני קטן כ 3mm ותעלת עבודה רחבה 1.7mm. חבי OLYMPUS הינה היחידה שבמגוון ברונכוסקופים קיים מכשיר בעל מימדים הנדרשים במחלקת ריאות של ביי"ח שניידר קיים מגדל אנדוסקופי תוצרת OLYMPUS המפעיל מגוון ברונכוסקופים בגדלים שונים תוצרת OLYMPUS. רכש זה הינו השלמת ציוד עבור המערכת הקיימת

4. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין, לאור דגמי המערכות המותקנות במחלקה, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

קרן מילשטיין
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי יפה רוז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה ויישום, כללית הנדסה רפואית בע"מ

הנדון: דרישות קליניות לרכש מכשיר רפואי

להלן דרישות קליניות עבור דרישת רכש מכשיר רפואי מס':
ברונכוסקופ אולימפוס - 28473838 - (מודפס, ולא בכתב יד)

כללי:	
1. סוג הטכנולוגיה הרפואית (על פי עץ הטכנולוגיות הרפואיות)	ברונכוסקופ גמיש עם קוטר חיצוני של 3.0 מ"מ ותעלת עבודה של 1.7 מ"מ.
2. ייעוד המכשיר	ביצוע ברונכוסקופיה
3. אוכלוסיית היעד לטיפול במכשיר (מבוגרים/ילדים/פגים ופירוט נוסף)	בילדים קטנים או עם הצרות של דרכי האויר
פונקציונאליות:	
4. פירוט הפונקציות הקליניות והאפליקציות המיוחדות הנדרשות מהמכשיר	גישה לדרכי אויר קטנים ורחוקים לצורך אבחון מדויק וטיפול במחלות דרכי האויר
5. פירוט סוג החיבורים הנדרשים וכמותם (מודולים, חיבורי מחשב, וכדומה)	מחובר למגדל אולימפוס ומערכת וידאו אורפאוס אשר נמצאים בשרותנו.
6. אביזרים הנדרשים עם המכשיר (מתמרים, פדל רגל, מדפסות וכד')	אין צורך ברכישת אביזרים יעודים.
7. פירוט סוגי הפעולות וכמות הפעולות לשימוש במכשיר	ברונכוסקופיה גמישה בהרמה, שימוש צפוי כ 3 פעולות בשבוע.

הערות ותוספות:

מכשיר עם קוטר חיצוני קטן ותעלת עבודה יחסית גדולה. יחס אופטימלי זה מאפשר בזירה לילדים מאוד קטנים תוך קבלת דגימות כגון נוזלים מדרכי האויר דרך תעלת העבודה.

שם המבקש: דר כטריק שטפּלר תאריך: 22 אוקטובר 2020 חתימה: 

תפקיד המבקש: מנהל שירות ברונכוסקופיה מחלקה/מרפאה מבקשת: ראות ילדים

נציג הנהלת המוסד:

תאריך: _____ חתימה: _____

ד"ר נעמי גיב
סגן מנהלת מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל