


תאריך: 19/06/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 806543

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר אולטרסאונד ניית ברמת HIGH RANGE 2D, דגם SPARQ, תוצרת PHILIPS.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 15 ביוני, 2016
סימוכין: רו 2821

**לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש**

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירי אולטראסאונד ניחים ברמת High Range 2D

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לטיפול נמרץ והרדמה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכשירי אולטראסאונד ניחים ברמת High Range 2D, כדלקמן:


יצרן: PHILIPS

דגם: SPARQ

ספק: מדטכניקה

לפיכך חברת מדטכניקה מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
דר' ערן פלג
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 2	תאריך תוקף: יוני 2016

7 יוני, 2016

לכבוד
 ד"ר זינו רוזנבוים
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד למכשיר אולטרסאונד נייה ברמת HIGH END 2D

1. כללי :

מאיר	בית חולים / מחוז
מכשיר אולטרסאונד נייה ברמת HIGH END 2D	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

2. ועדת הציוד אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו :

דגם	SPARQ
יצרן	PHILIPS
משווק ע"י (ספק בארץ)	מדטכניקה
אושר בוועדה (שם הוועדה)	טיפול נמרץ והרדמה
מועד התכנסות הוועדה	05.02.2014
בקשה מס'	12738

3. נבדקה חלופה ולא נמצאה מהסיבות שלהלן:

3.1. המכשיר היחידי שמאושר בוועדת טיפול נמרץ והרדמה עם מקלדת מגע שמאפשרת ניקוי וחיטוי למניעת זיהומים.

3.2. בבחינת מאיר ישנו מכשיר זהה ביחידת טיפול נמרץ והרדמה ויש דרישה של אחדות לשמור על יעילות ומהירות תפעול.

לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

4. הערות :

בברכה,

רובא מנסור
 מחלקת הנדסה וייעוץ
 כללית הנדסה רפואית

העתק: אורית הקר- אגף טכנולוגיות רפואיות