

תאריך: 21/11/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 808162

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוננת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ארדון בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפריטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש הולטר לחץ דם אוסילטורי + מדידת לחץ דם מרכזי, דגם OSCAR . SUNTECH MEDICAL 2, יצרן SPHYGMOCOR INSIDE

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר בהשולם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רהגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 21 בנובמבר 2017
סימוכין : 1001-2030-2017-024175

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הזיון: רכש הולטר לחץ-דם אוסילטורי + מדידת לחץ דם מרכזי מאת: ארזון ציוד רפואי
עבור : מרכז רפואי מאיר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתיקים

ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינג' יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש

ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

עמוד 1 מתוך 2 עמודים	מחלקת הנדסה וייעוץ	ט"ס מס': 300.03-01
תאריך תוקף: נובמבר 2017	מהדורה מס' 3	שם הטופס: ספק יחיד

תאריך: 19.11.2017

לכבוד
ד"ר זיו הוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש הולטר לחץ דם כולל מדידת לחץ בעורק המרכזי (סוג ופרטי הציוד הרפואי המדובר)
מאת ארדון ציוד רפואי בע"מ (שם הספק) עבור המרכז הרפואי מאיר (שם המוסד)

1. כללי:

מאיר	בית חולים / מחוז
הולטר לחץ דם כולל מדידת הלחץ בעורק המרכזי	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

Oscar 2 SphygmoCor Inside	דגם
Suntech Medical	יצרן
ארדון ציוד רפואי	משווק ע"י (ספק בארץ)
יו"ר ועדת נפרולוגיה במייל ד"ר פרחויקי	אנשר בוועדה (שם הוועדה)
תאריך האישור במייל 9.11.2017	מועד התכנסות הוועדה
20558	בקשה מס'

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

לא נימצאו חלופות להולטר לחץ דם עם בדיקת הלחץ בעורק הראשי

ט"ס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2017

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,
שיה בלפר

יועץ הנדסה רפואית

העוקים:

גב' אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ