


תאריך: 21/02/2016

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 806240

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' אמי טכנולוגיות בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש אולטרסאונד נייה ברמת 3D HIGH RANGE, לניתוחים כירורגיים תוצרת B&K דגם FLEXFOCUS 800.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), 03-6923381, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: מכשירי אולטרה סאונד נייחים ברמת High Range 3D לניתוחים נירוכירורגיים

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לנירוכירורגיה אישרה 2 מכשירים בקטגוריה: מכשירי אולטרה סאונד נייחים ברמת 3D High Range, כדלקמן:


1. יצרן: B&K  
דגם: FLEXFOCUS 800  
ספק: א.מ.י טכנולוגיות

2. יצרן: HITACHI ALOKA  
דגם: PROSOUND A7  
ספק: מדלייף

על פי הדרישות הקליניות, יש צורך בחיבור דיגיטלי בין מערכת הניווט לבין מכשיר האולטרה סאונד. חיבור דיגיטלי נדרש זה אינו קיים בדגם PROSOUND A7 מתוצרת חברת HITACHI ALOKA המסופק על ידי חברת מדלייף.

לפיכך, חברת א.מ.י טכנולוגיות מהווה ספק יחיד לרכש.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
אינג' יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ד"ר ערן פלג  
ועדת המכרזים לציוד רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 2	תאריך תוקף: פברואר 2016

תאריך: 21/02/2016

לכבוד  
ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד למכשיר אולטרסאונד ניח ברמת High Range 3D

1. כללי:

בית חולים / מחוז	בילינסון, סורוקה
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשירי אולטרסאונד ניחים ברמת High Range 3D

2. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו כדלקמן:

דגם	FLEXFOCUS 800	PROSOUND A7
יצרן	B&K	HITACHI ALOKA
משווק ע"י (ספק בארץ)	א.מ.י טכנולוגיות	מדליף
אושר בוועדה (שם הוועדה)	נירוכירורגיה	נירוכירורגיה
מועד התכנסות הוועדה	26.01.2016	26.01.2016
בקשה מס'	11826	16204

2.1. עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש מוסד בי"ח בילינסון:  
נדרש חיבור דיגיטאלי בין מערכת הניווט של BRAINLAB למערכת אולטרסאונד, שיטה שקיימת

במכשיר מדגם FLEXFOCUS 800 בלבד.

החיבור הדיגיטאלי יוצר סנכרון בין שתי המערכות כך ששינויים המתבצעים בתמונת האולטרסאונד בזמן אמת מתעדכנים אוטומטית במערכת הניווט (עומק שדה).

2.2. BRAINLAB בשיתוף עם חברת B&K נמצאים בתהליכי פיתוח: הכנה ל- shift correction של המוח לאחר פתיחת הדורה בשחזור צילומי ניווט.

3. נבדקה חלופה ולא נמצאה.

לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

בברכה,

רובא מנסור

אילי דינר

מחלקת הנדסה וייעוץ

כללית הנדסה רפואית