

## ההנהלה הראשית

תאריך: 22/05/2017

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 807661

### הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכנות שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבר' בפקס בע"מ בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

רכש מכונת הנשמה למחלקות כלליות ברמת HIGH עם גמילה אוטומטית.


דגם: 2C/1C

יצרן: HAMILTON MEDICAL

הודעות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

עיקר חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזנבליט, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

ליכוד

מחלקת לוגיסטיקה - ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שיום רב

בנדון רכש מנשמים למחלקות כלליות עם גמילה אוטומטית (רמת HIGH) מאת: בפקס

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ומדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

סמכתי, הני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, איני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתנאים שהליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות) (במכרז או בפקס ממוכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

  
ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מנחם שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים  
איו"מ צחק, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע  
גבאי לנהל המגובין, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות



מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים	ט"ס מס': 300.03-01
מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מאי 2017	שם הטופס: ספק יחיד

תאריך: 09/05/17

לכבוד  
ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש מכונת הנשמה ברמת HIGH עם גמילה אוטומאטית מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי סורוקה

כללי:

סורוקה	בית חולים / מחוז
מכונת הנשמה ברמת HIGH עם גמילה אוטומאטית	מפקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

C1 / C2	דגם
Hamilton medical	יצרן
בפקס	משווק ע"י ( ספק בארץ )
ט.ג. והרדמה	אושר בוועדה ( שם הוועדה )
01/06/11 , 06/11/2013	מועד התכנסות הוועדה
5826 , 10064	בקשה מס'

ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו, שניהם של אותו הספק, כדלקמן :

הערות	דגם ומק"ט כללית	שם היצרן	שם הספק
מסך גדול	C2 1000067640	Hamilton medical	בפקס
מכשיר קטן בעל מסך קטן	C1 1000092074	Hamilton medical	בפקס

(להלן: "הדגמים האחרים")



ט"ס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מאי 2017

על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, שני הדגמים מתאימים לרכש זה.  
4. הלופות שנבדקו:

מכשור הנשמה מדגם BELLAVISTA, תוצרת חבי IMT MEDICAL נמצא בשלבי הערכה קלינית, אך עדיין לא ברור אם יאושר, ובמידה וכן, האם באותה הקטגוריה.  
מכשור הנשמה מדגם SV300 תוצרת חבי MINDRAY אינו כולל שיטת גמילה אוטומאטית.

בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

נב' ארית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית  
נב' אלנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ