

**ההנהלה הראשית**


תאריך: 22.06.2020  
סימוכין: 1001-2010-2020-008940

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי ג'טר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מיקרוסקופ אור כירורגי רצפתי, דגם TIVATO 700, תוצרת ZEISS.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך : 22 ביוני 2020  
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי מאת גטר עבור המרכז הרפואי מאיר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מציב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יוני 2020

תאריך: 14.06.20

לכבוד  
ד"ר זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי מאת גטר עבור המרכז הרפואי מאיר

1. כללי :

מאיר	בית חולים / מחוז
מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי	מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

TIVATO 700	דגם
ZEISS	יצרן
גטר	משווק ע"י ( ספק בארץ )
כירורגיה וחדרי ניתוח	אושר בוועדה ( שם הוועדה )
14.05.2020	מועד התכנסות הוועדה
26986	בקשה מס'

28056597 2020

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ	LEICA	דגם: M530 OHX מק"ט: 1000124377	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. לא אושר בוועדת כירורגיה וחדרי ניתוח (מאושר בוועדת נירוכירורגיה) ג. ללא יכולת יצירת וואקום לכיסויי המיקרוסקופ להצמדות מרבית לגוף המיקרוסקופ ד. ללא יכולת הגדלה אופטית

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יוני 2020

גבוהה בלחיצת כפתור עבור המנתח הראשי – ייעודי לתפירת כלי לימפה אשר גודלם כ- 0.5 מ"מ ה. אינו כולל מודול XY			
א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. לא אושר בוועדת כירורגיה וחדרי ניתוח (מאושר בוועדת א.א.ג.) ג. מיקרוסקופ דיאגנוסטי-לא מתאים לניתוחי לימפה (ניתוחים כירורגיים)	דגם : M525 F50 מק"ט : 1000092454	LEICA	לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
ד. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ה. לא אושר בוועדת כירורגיה וחדרי ניתוח (מאושר בוועדת א.א.ג.) ו. מיקרוסקופ דיאגנוסטי-לא מתאים לניתוחי לימפה (ניתוחים כירורגיים)	דגם : SOM-62 מק"ט : 1890044563	KAPS	מדטכניקה בע"מ
ז. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ח. לא אושר בוועדת כירורגיה וחדרי ניתוח (מאושר בוועדת א.א.ג.) ט. לא מתאים לניתוחי לימפה	דגם : Hi-R 700XY מק"ט : 1000121789	HS	מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ
י. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד יא. לא אושר בוועדת כירורגיה וחדרי ניתוח (מאושר בוועדת עיניים) לא מתאים לניתוחי לימפה	דגם : HI-R NEO 900A מק"ט : 1000126777	HS	מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יוני 2020

6. הערות :

תכונות ייחודיות למיקרוסקופ TIVATO 700 של היצרן ZEISS:

- א. המערכת כוללת מערכת איזון אוטומטית מלאה
  - ב. Autodrape- מערכת לייצור וואקום לכיסויי המיקרוסקופ להצמדות מרבית של הכיסוי לגוף המיקרוסקופ-יכולת שדה ראייה רחב יותר ללא הפרעה של הניילון לשדה הראייה, מהיר וקל לתפעול ומאפשר גישה נוחה בעבודה מתחת לזרוע המיקרוסקופ
  - ג. Magnification changer- יכולת הגדלה גבוהה (עד 50% יותר) במערכת הבינוקולר של המנתח הראשי ללא השפעה על הפוקוס והשפעה באופטיקה של המנתח המשני- חשוב מאוד בתפירת כלי לימפה שקוטרם כ- 0.5 מ"מ
  - ד. כולל מערכת פלורוסנציה לניתוחי לימפה- השימוש במערכת מאפשר זיהוי מהיר של כלי הלימפה ומקצר באופן משמעותי את משך הניתוח (מתבצע ע"י המנתח בלחיצת כפתור)
  - ה. בקרת עוצמת תאורה כפונקציה של שינוי מרחק עבודה למניעת כוויות ונזק תרמי לרקמה
    1. פוקוס אוטומטי מונחי לייזר
    2. טווח עבודה גבוהה 625-200 mm
  - ה. Active Vibration Damping- מערכת לבלימת תנודות לא רצויות (ויברציות) בראש המיקרוסקופ
  - ט. מערכת הקלטה ומצלמה באיכות 4K
7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם  
יועץ הנדסה רפואית