

תאריך: 22/10/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 808041

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם RAY SEARCE LABORATORIES בהיותו ספק יחיד/חוזר לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

נשם ההתקשרות: רכש מערכת לניהול, תכנון ובקרת הטיפול במאייצים שתומכת בadaptive therapy דגם 5 RAYSTATION, תוצרת RAY SEARCH LABORATORIES.

הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנייל.

עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזנברג, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ובנייתו ותועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת לתכנון, ניהול ובקרת הטיפול במאיצים שתומכת ב - Adaptive Therapy
עבור: מרכז רפואי דוידוף

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העוקים

ד"ר מיכאל שרון, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינני יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

ט"ס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2017

תאריך: 01.10.2017

למכוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש "מערכת לתכנון, ניהול ובקרת הטיפול במאיצים שתומכת ב- Ray Adaptive Therapy
מאת Staytion כללית הנדסה רפואית (לא קיים נציג בארץ) עבור
המרכז הרפואי דוידוף

1. כללי:

דוידוף	בית חולים
"מערכת לתכנון, ניהול ובקרת הטיפול במאיצים Adaptive Therapy" למכון לרדיותרפיה בית חולים דוידוף TPS - Treatment Planning System	מבקש לרכוש

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	RayStation5
יצרן	Ray Search Laboratories
משווק ע"י	אין ספק בארץ כללית הנדסה רפואית מטפלת בחלק המנהלתי
אושר בוועדה (שם הוועדה)	אושר באמייל על ידי יו"ר תת ועדת הציוד לרדיותרפיה פרופסור פנינג אייל
מוגד התכנסות הוועדה	האישור באמייל מצורף
בקשה מס'	21161

3. ועדת הציוד אישרה בעבר מס' דגמים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות

(להלן "הדגמים האחרים")

מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים	ט"ס מס': 300.03-01
מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אוקטובר 2017	שם הפרויקט: ספק יחיד

4. חלופות שנבדקו: ספק יחיד

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זוהי או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

לאחר שיחה עם צוות הפיזיקאים במרכז דוידוף הבינתי שתכנה זו תשפר את איכות השרות למטופל המכון האונקולוגי בעיקר מהעובדה שגודל הגידול משתנה במהלך הטיפול, תכנה זו יודעת לחשב ולהעריך הכי נכון את המנה שהמטופל קיבל בסוף התהליך.

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

8.

בכבוד רב ובברכה,

אפרים יעקובוביץ
מנהל תחום דימות
יועץ הנדסה רפואית

הערות:

גבי אורית חקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן בלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ