

תאריך: 22.11.2020  
סימוכין: 1001-2010-2020-009551

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' דובר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת רובוטית לניתוחים לפרוסקופים, דגם DA VINCI X, יצרן INTUITIVE SURGICAL.

1. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

2. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

3. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

צעד לפני  
בשביל הבריאות שלך

תאריך: 22 בנובמבר 2020  
סימוכין: 1001-2030-2020-026950

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


**הנדון: רכש מערכת רובוטית לניתוחים לפרוסקופיים**  
**מאת דובר מדיקל עבור המרכז הרפואי סורוקה**

**פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/ שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לכני**  
**בשביל הבריאות שלך**

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2020

17 נובמבר 2020

לכבוד  
ד"ר זאב סנדר  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש מערכת רובוטית לניתוחים לפרוסקופיים מאת דובר מדיקל  
עבור המרכז הרפואי סזרוקה**

1. כללי:

בית חולים / מחוז	בי"ח בילינסון
מבקש לרכוש	רובוטים לניתוחים

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	DA VINCI X
יצרן	INTUITIVE SURGICAL
משווק ע"י	דובר מדיקל
אושר בוועדה	נשים ומיילדות, אורולוגיה
מועד התכנסות הוועדה	29.10.20 (מייל של יו"ר)
בקשה מס'	28459 (בן 28522)

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות / הסבר לאי התאמה
דובר	INTUITIVE SURGICAL	DA VINCI 4-SI 1000064696	דגם ישן יותר ללא חלק מהפונקציות הקליניות הנדרשות כגון FIREFLY ואחר
דובר	INTUITIVE SURGICAL	DA VINCI XI 1000119093	דגם מתקדם יותר בעל פונקציות קליניות שאינן נדרשות

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה בהתאם לדרישות הקליניות הנדרשות כפי שפורט בטבלה הנ"ל.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2020

4. **חלופות שנבדקו:** בוצעה בדיקה ברשת האינטרנט (כולל במאגרי מידע רפואיים) ולא נמצאו חלופות של יצרנים אחרים

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכת, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי הטכנולוגיה כאמור.

6. הערות: אין

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בברכה,

גד איזנברג, M Sc  
מנהל תחום ח"י, ט"י מכונים ומרפאות

העתקים:

גבי יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות  
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

**הנדון: דרישות קליניות לרכש מכשיר רפואי**

להלן דרישות קליניות עבור דרישת רכש מכשיר רפואי מס': \_\_\_\_\_ (מודפס, ולא בכתב יד)


כללי:	
1. סוג הטכנולוגיה הרפואית (על פי עץ הטכנולוגיות הרפואיות)	רובוט לניתוחים
2. ייעוד המכשיר	ביצוע ניתוחים לפרוסקופים בעזרת רובוט
3. אוכלוסיית היעד לטיפול במכשיר (מבוגרים/ילדים/פגים ופירוט נוסף)	כל האוכלוסיות
פונקציונאליות:	
1. אפשרות לביצוע ניתוחים בתחומים נוספים חוץ מאורולוגיה וגניקולוגיה.	4. פירוט הפונקציות הקליניות והאפליקציות המיוחדות הנדרשות מהמכשיר
2. אפשרות ל-firefly fluorescence imaging	
3. אפשרות לחיבור אנדוסקופ בכל זרוע	
4. מצלמה בקצה הטיפ, בתוך אזור הניתוח המאפשר מבט חד וטבעי יותר של האנטומיה.	
5. תזוזת מערכת הזרועות כבוס, מאפשר הגעה לשולחן מכל כיוון ממקום אחד.	
6. כלים ארוכים יותר, שיטת חיבור הכלים פשוטה יותר	
7. סימולטור לאימון	
5. פירוט סוג החיבורים הנדרשים וכמותם (מודולים, חיבורי מחשב, וכדומה)	סימולטור לאימון
6. אביזרים הנדרשים עם המכשיר (מתמרים, פדל רגל, מדפסות וכד')	ניתוחי אורולוגיה, אאג, נשים
7. פירוט סוגי הפעולות וכמות הפעולות לשימוש במכשיר	

**הערות ותוספות:**

מחליף מכשיר קיים מדגם XI

שם המבקש: \_\_\_\_\_ תאריך: \_\_\_\_\_ חתימה: \_\_\_\_\_

תפקיד המבקש: \_\_\_\_\_ מחלקה/מרפאה מבקשת: \_\_\_\_\_



נציג הנהלת המוסד: \_\_\_\_\_ תאריך: 4/11/2020 חתימה: \_\_\_\_\_