

תאריך: 22/11/2016

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807203

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי IMTC בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת טלמטריה ללא אלקטרודות לאקג, דגם CUSTO CARDIO, תוצרת REAHB SYSTEM, תוצרת CUSTOMED.

2. הזרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר בהשתם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזנוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

עמוד 1 מתוך 2 עמודים	מחלקת הנדסה וייעוץ	סופס מס': 300.03-01
תאריך תוקף: נובמבר 2016	מהדורה מס' 3	שם הטופס: ספק יחיד

תאריך: 13.11.16

לכבוד
ד"ר זיון קוזנבוביץ'
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד

רכש מערכת טלמטריה לשקום לב מאת: IMTC עבור המרכז הרפואי
בי"ח מאיר

1. כללי:

בית חולים	בי"ח מאיר
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מערכת טלמטריה עבור שקום הלב

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

CUSTO CARDIO REAHB SYSTEM	דגם
CUSTOMED	יצרן
IMTC	משווק ע"י (ספק בארץ)
קרדיולוגיה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
8.11.16	מועד התכנסות הוועדה
18331	בקשה מס'

3.

ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

מערכת הטלמטריה הנ"ל הינה ייחודית במשדרים אשר הינם ללא LEADS. כלומר אין תכונות בין המשדר והחולה בעזרת חוטים המחוברים לחזה של הנבדקים. קיימת יחידת שדור

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2016

קטנה נטענת אשר ממוקמת בעזרת חגורה על חזה הנבדק ומשדרת לתחנת הבקרה את תרשימי האקג.

4. חלופות שנבדקו:

לא נמצאה חלופה מקבילה ע אצל ספקים המאושרים והבלתי מאושרים בארץ. כמו כן לא מצאתי ספקים בחו"ל

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

מאיר גולדשטיין
 יועץ הנדסה רפואית

הערות:

מ"א אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
 מ"א אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

לכבוד
מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת טלמטריה ללא אלקטרודות לא.ק.ג.
מאת: IMTC עבור: מרכז רפואי מאיר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות) (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר מנחם שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
צחק מרומ, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות