

תאריך: 25.04.2018
סימוכין: 1001-2010-2018-007038

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ברסלויער בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש כסאות בדיקה וטיפול גובה+גב ורגליים משתנים חשמלית, דגם OP-S7, תוצרת OPTOMIC.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל [03-6923381](mailto:ilanaro@clalit.org.il), ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

ההנהלה הראשית

אגף טכנולוגיות רפואיות

תאריך : 23 באפריל 2018
סימוכין : 1001-2030-2018-024733

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב,

הנדון: רכש כסאות בדיקה וטיפול גובה + גב ורגליים משתנים חשמלית מאת: ברסלוער בע"מ
עבור: מרכז רפואי בילינסון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

פרופ' מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 17.12.2017

לכבוד
ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש כסא בדיקה לא.א.ג. מאת ברסלויער בע"מ עבור המרכז הרפואי בילינסון (אין מספר דרישה)

1. כללי :

בית חולים / מחוז	בילינסון
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	כסאות בדיקה וטיפול גובה + גב ורגליים משתנים חשמליים

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	OP-S7
יצרן	OPTOMIC
משווק ע"י (ספק בארץ)	ברסלויער בע"מ
אושר בוועדה (שם הוועדה)	א.א.ג.
מועד התכנסות הוועדה	אושר בדוא"ל בתאריך 02.11.2017
בקשה מס'	20875

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	Reliance	דגם: 7000 מק"ט כללית: 1000080114	
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	JEDMED	דגם: PHOENIX מק"ט כללית: 1890260142	הופסק ייצור

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה בהתייחס לסעיפים הבאים:

- יכולת של המטפל לעמוד בצמוד למטופל ע"י קיפול או הורדת ידיים הידיים.
- מספר זיכרונות לתנוחות שונות- הכיסא מיועד לחדר בדיקות בו עובדים מספר רופאים. תנוחת המטופל שונה כתלות ברופא ובסוג הבדיקה.

החלופות שנבדקו:

3.1. כיסא מדגם RALIANCE 7000:

- יכולת של המטפל לעמוד בצמוד למטופל ע"י קיפול או הורדת ידיים הידיים- מניסיון הרופא בכיסא זה, כאשר משענות הידיים מורמות מפריעות לגישה נוחה אל המטופל.
- זיכרונות לתנוחות שונות – קיים רק זיכרון אחד בכל צד(ימין/שמאל) לעומת 6 בכיסא הנדרש.

3.2. כיסא מדגם JEDMED PHOENIX: הופסק ייצור הכיסא.

4. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

5. הערות: אין

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

אילי דינר
 יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
 גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ