

תאריך: 26/03/2017

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 807571

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי צמל יעקובסון בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

נושא ההתקשרות: רכש אינסופלטור עם יחידת חימום מובנת ושאיבה וסינון של עשן במערכת סגורה, דגם IFS-INTELLIGENT FLOW SYSTEM AIR SEAL, תוצרת SURGIQUEST.

הזרקות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנייל.

עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שלום רב

הנדון: רכש אינסופלטור עם יחידת חימום מובנת ושאיבה וסינון של עשן במערכת סגורה  
מאת: צמל יעקובסון עבור: מרכז רפואי מאיר

**פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים**

מצ"ב מכתבו של וועד כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר ביטול בדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, חנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הדרוש.

לפיכך, אני הואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות) (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים

ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים  
אילנה רוזנבוים, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע  
גב' אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות



טופס מס' 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם טופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 19.03.2017

לכבוד  
ד"ר יוני רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית  
שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש אינסופלטור השומר על לחץ קבוע בחלל המנותח בפרט חללים בעלי נפח קטן  
עבור המרכז הרפואי ב"ח מאיר

1 כללי:

בית חולים / מחוז	ב"ח מאיר
מפקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	אינסופלטור עם יחידת חימום מובנת ושאיבה וסינון של עשן במערכת סגורה

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2 הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	IFS- INTELLIGENT FLOW SYSTEM Air Seal (AS-IFS2)
יצרן	SURGIQUEST
משווק ע"י (ספק בארץ)	צמל יעקבסון
אשר/ בוועדה (שם הוועדה)	כירורגיה
מועד התכנסות הוועדה	29.11.2016
בקשה מס'	17379

3 ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.



טופס מס' 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם טופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

**החלפות שנבדקו:**

נבחנו החלפות המפורטות בטבלה.  
האינסופלטורים שנבחנו לא כוללים שואב עשן אינטגרלי, ולכן לא ניתן לשמור על לחץ קבוע בחלל המנותח לאורך כל הניתוח.

יצרן	OLYMPUS	STORZ	STRYKER
דגם	UHI-2	26430020	PNEUMOSURE 40/45L
	UHI-3	26432020	
	UHI-4	26432008-1	

למוטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

\_\_\_\_\_ קרן מילשטיין \_\_\_\_\_

יועץ הנדסה רפואית

העתיקים

גב' אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית  
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ