


תאריך: 26.10.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009409

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש ברונכוסקופ וידאו, דגם BF-XP190, יצרן OLYMPUS, דרישה שניידר 28469269
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 26 באוקטובר 2020
סימוכין: 1001-2030-2020-026931

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש ברונקוסקופ וידאו
מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי שניידר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/ שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לכני
כשכיל הבריאות שלך**

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ		עמוד 1 מתוך 3 עמודים	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות				תאריך תוקף: 07/09/2020	
מאשר:	ערן פלג	חתימה		תאריך	

תאריך: 22 אוקטובר 2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית
שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש ברונכוסקופ וידאו מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי שניידר

1. כללי:

שניידר 28469269	בית חולים / מחוז
ברונכוסקופ וידאו פדיאטרי	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	BF-XP190
יצרן	OLYMPUS
משווק ע"י (ספק בארץ)	מדטכניקה
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ריאות
מועד התכנסות הוועדה	20.07.2015
בקשה מס'	15488

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ		עמוד 2 מתוך 3 עמודים	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות				תאריך תוקף: 07/09/2020	
מאשר:	ערן פלג	חתימה		תאריך	

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם ספק	ייצרן	דגם	מק"ט כללית	הערות
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-1T180	1000149192	ברונכוסקופ טיפולי, קוטר חיצוני mm6
שני טל שווק בע"מ	FUJINON	FB 530H	1000064365	קוטר חיצוני mm4.5, נדרשת מערכת הפעלה של FUJINON
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-Q190	1000103824	ברונכוסקופ טיפולי, קוטר חיצוני mm5
גטר גרופ	PENTAX	EB-1575K	טרם הוקם	קוטר חיצוני mm5.2 נדרשת מערכת הפעלה PENTAX
גטר גרופ	PENTAX	EB-1975K	טרם הוקם	קוטר חיצוני mm6.3 נדרשת מערכת הפעלה PENTAX
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BE-3C160	1890055220	קוטר חיצוני mm3.8 – אינו מיוצר יותר
מדטכניקה בע"מ	OLYMPUS	BF-XP190	1000103821	הדגם המבוקש

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, הצורך בהתאמה לציוד הקיים במחלקה והן על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה.

- במחלקת ריאות של בי"ח שניידר קיים מגדל אנדוסקופי תוצרת OLYMPUS המפעיל מגוון ברונכוסקופים בגדלים שונים תוצרת OLYMPUS. רכש זה הינה השלמת ציוד עבור המערכת הקיימת
- בי"ח שניידר מבקש לרכוש ברונכוסקופ וידאו עבור פגים, יילודים וילדים מתחת ל 5 ק"ג ולכן נדרש ברונכוסקופ וידאו בעל מימדים הקטנים ביותר. חב' OLYMPUS הינה היחידה שבמגוון ברונכוסקופים קיים מכשיר בעל קוטר חיצוני של – 2.8mm כולל תעלת עבודה של 1.2mm.

4. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא תווית דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין, לאור דגמי המערכות המותקנות במחלקה, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

קרון מילשטיין
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי יפה רז ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

טופס מס': 300.08-01		מחלקת הנדסה וייעוץ		עמוד 3 מתוך 3 עמודים	
שם הטופס: ספק יחיד – מסיבות טכניות				תאריך תוקף: 07/09/2020	
מאשר:	ערן פלג	חתימה		תאריך	