

תאריך: 26/11/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 808178

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' עמוס גזית בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1 נושא ההתקשרות: רכש מוניטור דפיברילטור חיצוני בי פאזי רב פרמטרים להעברות, דגם LIFE PAK 15, תוצרת PHYSIO CONTROL.

2 הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3 עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4 אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רונגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע

שמו רב

הנדון: רכש מוניטור דפברילטור חיצוני בי - פאזי רב פרמטרי להעברות מאת: עמוס גזית
עבור: בית חולים השרון

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העונקים

ד"ר מיכאל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אינני יצחק מרום, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גבי אילנה רוזנבליץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2017

תאריך: 21.11.2017

לכבוד
ד"ר יוני רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית
שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מוניטור דפיברילטור חיצוני בי פאזי רב פרמטרים להעברות (סוג ופרטי הציוד הרפואי המדובר) מאת
עמוס גזית בע"מ (שם הספק) עבור בי"ח השרון (שם המוסד)

1. כללי:

מרכז רפואי רבין בית חולים השרון	בית חולים / מחוז
מוניטור דפיברילטור חיצוני בי פאזי רב פרמטרים להעברות	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

LIFEPAK 15	דגם
Physio Control	יצרן
עמוס גזית בע"מ	משווק ע"י (ספק בארץ)
קרדיולוגיה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
20.10.2015	מועד התכנסות הוועדה
17145	בקשה מס'

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

הערה:

הדגמים האחרים הקיימים בכללית בטכנולוגיה הנ"ל – הופסק יצורם ושיווקם

• דגם LiifePak 12 של Medtronic (ספק אחרון מדטרוניק ישראל)

• דגם HeratStart MRX של Philips (ספק אחרון מדטכניקה)

4. חלופות שנבדקו:



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2017

מתוך כל המכשירים בטכנולוגיה זאת המשווקים בארץ, וכוללים את כל הפרמטרים המבוקשים, קיים מכשיר נוסף שטרם הוגשה לגביו בקשה לפתיחת מק"ט – Zoll X-Series, מכשיר זה אמור להגיע לארץ דרך הספק חברת בפקס, ואז נוכל להתחיל תהליך פתיחת מק"ט לגביו – כולל בדיקה טכנית ולהעביר את החומר לועדת ציוד – תהליך זה ימשך מספר חודשים.

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,
שיה בלפר

יועץ הנדסה רפואית

העוקבים:
גבי אורית הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
די"ח ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

8.