

ההנהלה הראשית

תאריך: 27/04/2017

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 807630

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בסוגיות שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' לפידות מדיקל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. כישא ההתקשרות: רכש שולחו ניתוח נייד לנוירוכירורגיה, זגם MST 7300 BX, תוצרת MIZUHO

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רזוגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל ilanaro@clalit.org.il, 03-6923381
ת"ד 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

לכבוד
מר מילומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
שלום רב,

הנדון: רכש שולחן ניתוח נייד לנוירוכירורגיה מאת: לפידות מדיקל

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים של המצאתי נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

מזו כן הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור רכש הנדרש.

לפיכך אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאת ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות) (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

התקיים
ד"ר מיסל שרף, סמנכ"ל, ראש חטיבת בתי חולים
אגף יצוק מרם, סמנכ"ל, חטיבת לוגיסטיקה, תשתיות ומערכות מידע
גב אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן זילג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
עדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אפריל 2017

תאריך: 3.4.17

כבוד
ה"ר ז'ורז' רובינסקי
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית
שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש שולחן ניתוח נייד לניתוחים נירוכירורגיים מאת לפידות
עבור המרכז הרפואי סורוקה, בילינסון, שניידר**

כללי:

בית חולים / מחוז	המרכז הרפואי סורוקה, בילינסון, שניידר
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	שולחן ניתוח נייד לנורוכירורגיה

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2 הדגים כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	MST 7300BX
יצרן	MIZUHO
משוק ע"י	לפידות מדיקל
יוצר בוועדה	נורוכירורגיה
מועד התכנסות הוועדה	20.2.17
תקפה מס'	20028

3 הוועדה הציתה המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4 חלופות שבידקו:

קיימים דגמים של שולחנות ניתוח אחרים של ספקים שונים (כגון: יצרן TRUMPF ספק: צמל מדיקל, יצרן MAQUET ספק מדטכניקה, יצרן STERIS ספק ברסלויער) אולם לצורכנו אלה אין שולחן ניתוח העומד בדרישות הקליניות הנדרשות המפורטות בסעיף 6.

5 מיטן ידיעתי ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה מאותו היצרן.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: אפריל 2017

הערות:

לחן דרישות קליניות מהמוסדות:

1. הורחבת שולחן הניתוח מתחת לגובה של 45 ס"מ לפחות
2. אפשרות להזזת המשטח במישור XY
3. נדרש מקום להכנסת רגלי מנתח בנוחות מתחת לראש מנותח
4. משקל מטופל מעל 300 ק"ג

בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

גדי איזנברג, M Sc
מנהל תחום חדרי ניתוח ומנדפים

הערות:
בין אורח הקר פרויד, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
מב אילנה רוזגובליץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פריג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ