

ההנהלה הראשית


תאריך: 27.07.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009056

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' ברסלוינר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשיר ESU המשלב עבודה עם גז ארגון עבור פעולות בתחום הגסטרואנטרולוגיה, דגם VI O 200D ; תוצרת ERBE .
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזנבוים, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך : 27 ביולי 2020
סימוכין : 1001-2030-2019-026635

לכבוד

מר שלומי גרוסמן - ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מכשיר ESU המשלב עבודה עם גז ארגון עבור פעולות בתחום
הגסטרואנטרולוגיה מאת ברסלויער עבור המרכז הרפואי סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים


מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר בחינה ובדיקה של הממצאים נשוא חוות הדעת, לא מצאתי טעם להסתייג מחוות הדעת וסבורני כי היא עולה בקנה אחד גם עם המידע שנמצא לעת הזאת ברשות שירותי בריאות כללית בנושא זה.

כמו כן, הנני לאשר בזאת כי הדרישות הקליניות שעל בסיסן ניתנה חוות הדעת, הינן סבירות ומתאימות עבור הרכש הנדרש.

לפיכך, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תאשר עריכת הליך לבדיקת קיומם של ספקים, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין, סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן, סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גבי אילנה רוזגוביץ', מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יוני 2020

18 יוני 2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
ברכש מכשיר ESU המשלב עבודה עם גז ארגון עבור פעולות בתחום
הגסטרואנטרולוגיה מאת ברסלויער עבור המרכז הרפואי סורוקה**

1. כללי :

מרכז רפואי סורוקה	בית חולים / מחוז
גנרטורים המשלבים פעולה מונופולרית וביפולרית	מבקש לרכוש

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

VIO 200D	דגם
ERBE	יצרן
ברסלויער	משווק ע"י
לפני הועדות (וועדת גסטרואנטרולוגיה)	אושר בוועדה
	מועד התכנסות הוועדה
	בקשה מס'

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה מס דגמים בטכנולוגיה זו בהתאם לרשימה שבנספח א', אולם רק הדגמים עם סיומת D של ERBE, ביניהם הדגם המומלץ, מאפשרים פעולה בעזרת גז ארגון ע"י מודול ארגון דגם APC2 של ERBE הקיים במוסד.

4. חלופות נוספות שנבדקו :

אין חלופות - מודול ארגון APC2 של ERBE אינו מכשיר עצמאי ונדרש מכשיר ESU להפעלתו לכן לא ניתן לחברו למכשירים אחרים.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יוני 2020

5. הערות:

ליצרן ERBE יש דגמים VIO300D ו-VIO3 (הנמצא בהערכות קליניות) המסוגלים לבצע הפעולות הנדרשות אולם במכשירים אלה יש טכנולוגיות ואפשרויות טיפול נוספות שאינן הכרחיות עפ"י דרשות המוסד.

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בברכה,

גד איזנברג, M Sc
 מנהל תחום ח"י, ט"נ, מכונים ומרפאות

העתיקים:

גב' יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
 גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 די"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ