

תאריך: 29/07/2015

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 805580

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד


בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדלייף בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכונות ניקוי חד תאיות שימוש חוזר בפראצטיקאציד לאנדוסקופים גמישים, דגם BM-33T תוצרת SIDEM.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 28 ביולי, 2015
סימוכין: רו 2645

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף הרכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכונות ניקוי חד תאיות שימוש חוזר בפראצטיקאציד לאנדוסקופים גמישים

מצ"ב מכתבה של יועצת כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לקרדיולוגיה אישרה דגם יחיד בקטגוריה: מכונות ניקוי חד תאיות שימוש חוזר בפראצטיקאציד לאנדוסקופים גמישים, כדלקמן:


יצרן: SIDEM

דגם: BM-33T

ספק: מדלייף

לפיכך חברת מדלייף מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 1 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 1	תאריך תוקף: יולי 2015

28 יולי 2015

ד"ר זיו רוזנבוים
 ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
 שירותי בריאות כללית

הנדון: בקשה לאישור לספק יחיד לדרישה מס' – בקשה 13925

שם המכשיר: TEE Care System	דגם: BM-33T
יצרן: SIDEM	ספק: מדלייף
המכשיר אושר בועדת ציוד: קרדיאולוגיה	תאריך אישור:
24/03/2015	

1. סיבת הבקשה:

- 1.1. המכשיר זה הינו המאושר היחיד בכללית בתחום ניקוי וחיטוי מתמרי TEE
 - 1.2. לא קיים ספק נוסף אשר משווק מכונת ניקוי וחיטוי מתמרי TEE וכולל בדיקת leakage test חשמלי
 - 1.3. נבדקו חלופות:
 - 1.3.1. יצרן BHT – מכונה הנ"ל נמצאת כרגע בתהליכי ולידציה ל TEE, אין צפי לסיום
 - 1.3.2. יצרן CS MEDICAL דגם TD-100, אין למכשיר בדיקה leakage test חשמלי
 - 1.3.3. יצרן MDIVATOR, אין למכשיר בדיקה leakage test חשמלי
2. לאור האמור לעיל מבקשת אישור לספק יחיד.

בברכה,

קרן מילשטיין
 מח' יעוץ והנדסה
 כללית הנדסה רפואית

עותק:

אורית הקר - האגף לטכנולוגיות רפואיות