


תאריך: 29.09.2020
סימוכין: 1001-2010-2020-009297

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש פלטה אוניברסלית לשולחן ניתוח מסוג SYSTEM, דגם 1150.30do, יצרן MAQUET. סורוקה דרישה 28436567
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 24 בספטמבר 2020
סימוכין: 1001-2030-2020-026903

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש פלטה אוניברסלית לשולחן ניתוח מסוג system
מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות ובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,



ד"ר בנימין זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: ספטמבר 2020

1822 ספטמבר 2020

לכבוד
ד"ר זאב סנדר
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד ברכש פלטה אוניברסלית לשולחן ניתוח מסוג system מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

1. כללי :

מרכז רפואי סורוקה - 28436567	בית חולים / מחוז
פלטה לשולחנות ניתוח	מבקש לרכוש

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	1150.30D0 (פלטה אוניברסלי לכלל ניתוחים)
יצרן	MAQUET
משווק ע"י	מדטכניקה
אושר בוועדה	לפני הוועדות (וועדת כירורגיה)
מועד התכנסות הוועדה	
בקשה מס'	הפלטה הנדרשת מתחברת לבסיס של שולחן ניתוח דגם ALPHAMAQUET 1150 (אושר לפני הוועדות)

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה מס דגמים בטכנולוגיה זו בהתאם לרשימה שבנספח א', עם זאת עפ"י הדרישות הקליניות שהגיש המוסד אינם מתאימים ואינם רלוונטיים עבור רכש זה :

3.1. רק הדגמים המודגשים (של מדטכניקה ושל לפידות) הינם פלטות עליונות המתחברים לבסיס ומרכיבים שולחן ניתוח (היתר הינם אביזרים לשולחנות ניתוח).

3.2. רק דגם הפלטה שבסעיף 2 מתאים לדרישות, אפשרות לביצוע כל סוגי הניתוחים (פלטה אוניברסלית) למרות שמאפשרות בכללית 2 דגמים של פלטות נוספים :

דגם / מק"ט 1150.16B0 פלטה ייחודית לניתוחים בתחום כלי דם, רדיולוגיה, אורתופדיה וטראומטולוגיה,

דגם / מק"ט 1150.20D0 פלטה ייחודית לניתוחים בתחום אורתופדיה וטראומטולוגיה

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: ספטמבר 2020

4. חלופות נוספות שנבדקו:
לכל יצרן של שולחנות ניתוח יש פלטות ייחודיות המתחברות רק לבסיס של השולחן.
רק הפלטות של יצרן Maquet מתאימות לבסיס של Maquet ורק הפלטות של יצרן Mizuho מתאימות לבסיס של Mizuho.
5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.
6. הערות: אין
7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בברכה,

גד איזנברג, M Sc
מנהל תחום ח"י, ט"י, מכונים ומרפאות

העתקים:

גב' יפה רז, אגף טכנולוגיות רפואיות, שירותי בריאות כללית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ
שם הטופס: ספק יחיד	מחלקת הנדסה וייעוץ
	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
	תאריך תוקף: ספטמבר 2020
	מחזור מס' 3

נספח א - רשימת מכשירים מאושרים בטכנולוגיה

דגם	מק"ט כללית	תיאור פריט	מק"ט ספק	שם ספק
	1000117453	BACK PLATE SHOULDER F\1150	1007.19BC	כללית - הנדסה רפואית ב
	1000103070	FLUOROSCOPY ARM BOARD	1001.42A0	כללית - הנדסה רפואית ב
	1000104154	JOINT PLATE CARBON 520	1266934	כללית - הנדסה רפואית ב
1150.30DO	1890036838	OPERATION TABLE TOP 1150.30DO	1150.30DO0	מדטניקה בע"מ
	1000102679	SEAT PLATE EXTENSION 80MIM	1131.55BC	כללית - הנדסה רפואית ב
	1000104152	TABEL TOP SEGMENT CARBON ONE PART V	1790006	כללית - הנדסה רפואית ב
1150.16BO	1890265675	OPERATION TABLE TOP 1150.16BO	1150.16BO0	מדטניקה בע"מ
	1000117879	CARBON FIBER EXTENSION	08-070-25	כללית - הנדסה רפואית ב
A.C.P	1000069272	Advanced Control Pad System	OS5943API	לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
TITAN	1000137051	CARRIER PLATE TRUMPF	1445016	כללית - הנדסה רפואית ב
OS5855	1000069274	ORTOPEDIC TRAUMA TOP OS5855	OS5855	לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ
TABLE TOP TRAUMA/ORTHOPAE	1000010360	UNIVERSAL TABLE TOP FOR TAUMATOLOGY AND	1150.20D0	מדטניקה בע"מ