


תאריך: 13.06.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010104

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש אולטרסאונד נישא ברמת 3D/4D HIGH RANGE דגם 'CX50'
יצרן PHILIPS עבור מרכז רפואי מאיר. דרישה 29946272
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381 ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 13 ביוני 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027079

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש אולטרסאונד נישא ברמת High Range 3D/4D
מאת חברת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי מאיר, קרדיולוגיה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחוו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| טופס מס': 300.03-01 | מחלקת הנדסה וייעוץ | עמוד 1 מתוך 2 עמודים |
| שם הסופס: ספק יחיד | מהדורה מס' 3 | תאריך תוקף: יוני 2021 |

3 יוני, 2021

לכבוד
ד"ר בנימין זאב סנדר
מנהל המחלקה להערכת טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש אקו לב נישא ברמת HIGH מאת חברת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי מאיר

1. כללי:

| | |
|------------------|-----------------------------|
| מאיר 29946272 | בית חולים / מחוז |
| אקו לב נישא HIGH | מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה) |

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

| | |
|------------|---------------------------|
| CX50 | דגם |
| Philips | יצרן |
| מדטכניקה | משווק ע"י (ספק בארץ) |
| קרדיולוגיה | אושר בוועדה (שם הוועדה) |
| 19.10.2010 | מועד התכנסות הוועדה |
| 5127 | בקשה מס' |

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

| שם הספק | שם היצרן | דגם ומק"ט כללית | הערות |
|---------|---------------|------------------------|-------|
| אלדן | GE healthcare | VIVID IQ 1000127942 | |

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

| | | |
|---------------------|--------------------|-----------------------|
| טופס מס': 300.03-01 | מחלקת הנדסה וייעוץ | עמוד 2 מתוך 2 עמודים |
| שם הטופס: ספק יחיד | מהדורה מס' 3 | תאריך תוקף: יוני 2021 |

בבית חולים מאיר קיימים שני מתמרי TEE בלבד ושניהם של חברת Philips, המתמרים מוכרים לצוות הקרדיולוגי שמתנייד עם מערכת אקו במחלקות כדוגמת טיפול נמרץ לב ולכן בבית חולים מבקשים לרכוש מכשיר CX50 של Philips.

בנוסף ומבחינה טכנית, מכשיר CX50 עם טכנולוגיית Xmatrix ייחודי ביכולת הצגת שני מנחים ניצבים (90°) מכל זווית נבחרת ע"י הרופא ובזמן אמת בדו ממד.

מכשיר CX50 ייחודי ביכולת סיבוב התמונה בזמן אמת ב 360° ללא סיבוב המתמר בדו ממד.

4. חלופות שנבדקו:

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

רובא מנסור
 יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית
 גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
 ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ