

הנהלה ראשית

ה'ניסן/תשע"ו
13/04/2016

לכבוד:
ועדת מכרזים

הנדון: חודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חבי דובר מיכשור רפואי בע"מ בחינתו ספק יחיד/חוץ לענין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה לחלן:

1. נושא ההתקשרות: רכישת 5 מכשירי ספירות דם קטנים מסוג - SYSMEX XNL 550 למחוז חיפה/מרכזים רפואיים בקהילה

2. פרטים נוספים (מאפיינים מיוחדים של ההתקשרות):

1) מערכת זו מאפשרת לבצע ספירה גם בנוזלי גוף בניגוד למערכות אחרות – תנאי הכרחי של ההנהלה הרפואית במחוז.

2) לחלן פרוט הבדיקות שהמערכת מבצעת:

א. בדיקת ספירת דם CBC.

ב. נוזלי גוף:

- נוזל CSF ממוח שידרה.
- נוזל סינוביאלי.
- נוזל פריטוניאלי
- נוזל כלייתי
- נוזל מיימת

ג. את נוזלי הגוף המכשיר נותן תוצאה אחת לכל ה-5. ברגישות מקסימלית של 5 תאים ל-1 מיקרוליטר. המערכת היחידה המאושרת לנוזלי גוף ע"י ה-FDA.

3) המערכות יוצבו בנחריה, עכו, זבולון, כרמיאל, מעלות.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד המסוגל לבצע ספירה לנוזלי גוף כנדרש.

4. אדם הסבור כי יש באפשרותו להציע מכשיר המסוגל לבצע בדיקות אלו כנדרש, רשאי לפנות אל לורן סוויירי- מזכיר ועדת מכרזים ארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות, בפקס/מייל 03-7608557 / LorenKr@clalit.org.il, תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף הרכש.



בכבוד רב,

אבי אלמוג
מנהל מחלקת רכש למעבדות

| | | |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| טופס מס': 300.03-01 | מחלקת הנדסה וייעוץ | עמוד 1 מתוך 1 עמודים |
| שם הטופס: ספק יחיד | מהדורה מס' 2 | תאריך תוקף: אפריל 2016 |

תאריך: 04 / 04 / 2016

לכבוד
ועדת מכרזים
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לאישור ספק יחיד למכשירי ספירת דם קטנים בקהילה

1. כללי :

| | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| בית חולים / מחוז | חיפה |
| מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה) | 5 מכשירי ספירת דם למרפאות קהילה |

2. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים בטכנולוגיה זו כדלקמן :

| | |
|-----|--|
| 3.1 | דגם: Pentra 60 יצרן: Horiba ספק: דין דיאגנוסטיקה |
| 3.2 | דגם: XN-L-550 יצרן: Sysmex ספק: דובר מכשור רמואי |

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המחוז:
רק דגם XN-L-550 מוגאים משום שהוא יודע לבצע ספירה גם בנוזלי גוף בעוד למתחרת
אין את התכונה הנ"ל. בנוסף המכשיר צריך להתאים גם לדגימות פדיאטריות.

3. נבדקה חלופה: 1. נבדק הספק טבע מדיקל יצרן: Beckman Coulter - הספק אינו מייבא את המערכת לארץ והיא אינה עומדת בדרישת יישום ספירה בנוזלי גוף.
2. נבדק הספק פריגו יצרן: Siemens מערכת חדשה - המערכת לא עומדת בדרישת התאמה לדגימות פדיאטריות והספק אינו יודע אם ישנו יישום לספירת נוזלי גוף

לאור האמור לעיל מבקש אישור לספק יחיד.

4. הערות : אין

בברכה,

אלירן בנימיני, מנהל תחום מעבדות
שם היועץ