


תאריך: 21/05/2014

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין: 804190

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי הנשמה ברמת PREMIUM עם שיטת סינכרון מתקדמת, דגם SERVO-I תוצרת MAQUET.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 15 במאי, 2014
סימוכין: רו: 2320

לכבוד
שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירי הנשמה ברמת PREMIUM עם שיטת סנכרון מתקדמת

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד טיפול נמרץ ילודים וילדים אישרה דגם יחיד בקטגוריה: רכש מכשירי הנשמה ברמת PREMIUM עם שיטת סנכרון מתקדמת, כדלקמן:

יצרן: MAQUET
דגם: SERVO-I
ספק: מדטכניקה

לפיכך חברת מדטכניקה מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:
ד"ר מיכאל שרף
אינג' יצחק מרום
אילנה רוזגוביץ
ועדת המכרזים לציוד רפואי

יום רביעי י"ד אייר תשע"ד
14 מאי 2014

לכבוד:

ד"ר זיו רוזנבוים

ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

שירותי בריאות כללית

הנדון: המלצה לרכש מספק יחיד למכונות הנשמה לטיפול נמרץ ילדים

עבור בי"ח שניידר

1. בהמשך לדרישה מס' 17453032 של בי"ח שניידר לרכישת מכונת הנשמה מדגם SERVO-I תוצרת MAQUET ספק מדטכניקה, הכוללת תוספת מודול NAVA בהתאם לדרישות הקליניות של בי"ח, מצ"ב.
2. בבי"ח שניידר קיימות 11 עמדות טיפול נמרץ ובי"ח מרחיב את המחלקה בעוד 4 עמדות, ז"א סה"כ יהיה 15 עמדות.
3. כיום במחלקה קיימים 2 דגמי המנשמים כלהלן:
 - דגם SERVO-I תוצרת MAQUET - 7 יח, אחד המכשירים כולל שיטת NIV
 - דגם EVITA-4 תוצרת DRAGER - 4 יחובהתאם לכך נדרשת תוספת של 4 מנשמים
4. מכשירי EVITA-4 לא מיוצרים יותר ולא ניתן לרכוש כיום דגם מתקדם יותר (עדיין לא הביאו לארץ את הדגמים החדשים)
5. במנשמי SERVO-I קיימת אופציה של תוספת שיטת NAVA – שיטה ייחודית לביצוע סנכרון בין פעולות חשמלית של סרעפת ונתוני הנשמה של המכשיר. שיטה זו ייחודית למכשירי SERVO-I, מודול זה ניתן להעברה בין 4 המכשירים שרכשו ויכללו תוכנה מתאימה בי"ח מבקש לרכוש 2 מודולים NAVA בלבד. ותוכנה של שיטת NIV עבור 4 המכשירים החדשים
6. אנו ממליצים לרכוש מכשיר SERVO-I תוצרת MAQUET מהסיבות הנ"ל:
 - 6.1. יכולת שימוש בשיטת סנכרון מתקדמת ייחודית NAVA (לא קיימת במנשמים אחרים) אושרה ע"י הוועדה כספק יחיד בקטגוריה מכונות הנשמה לטיפול נמרצים ברמת PREMIUM עם שיטת סנכרון מתקדמת

מעוצב: לא סמן

מעוצב: לא סמן

בברכה,

קרן מילשטיין
מח' הנדסה ויעוץ
כללית הנדסה רפואית

1

מחלקת הנדסה ויעוץ

מוקד שרות ארצי * 5515
www.cbm.org.il

טל.: 03-5389555
פקס: 03-5335921

רח' יוני נתניהו 1, מבנה מס' 4, אור יהודה 60200
סען לסכתבים: ת.ד. 730, אור יהודה