


תאריך: 12/08/2015

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין: 805662

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מנן מדיקל בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכות אינטגרליות למעבדת צינתורים  
דגם HORIZON XVu תוצרת Mennen Medical.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 10 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

לכבוד  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף הרכש

שלום רב,

**הנדון: רכש מערכות אינטגרליות למעבדת צינתורים**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא.

ועדת הציוד לקרדיולוגיה אישרה דגם נוסף בקטגוריה: מערכות אינטגרליות למעבדת צינתורים, להלן הדגמים שאושרו:

1. יצרן: Mennen Medical

דגם: HORIZON SE

ספק: טבע מדיקל

2. יצרן: מקסון ישראל בע"מ

דגם: HCH200

ספק: מקסון ישראל בע"מ

3. יצרן: Mennen Medical

דגם: HORIZON XVu

ספק: Mennen Medical

בחדר הצינתורים הישן במרכז הרפואי קפלן קיימת מערכת ניהול מידע קרדיולוגי CIS מתוצרת Mennen Medical. המערכת משמשת לניהול מאגר נתונים, ניהול פרוצדורות, שימוש בצנתרים וסטנטים. מערכת מידע זו יכולה להתמשק באופן אינטגרטיבי אך ורק עם מערכת המודינמית מתוצרת Mennen Medical.

הדגם HORIZON SE אינו מיוצר עוד.

לפיכך חברת Mennen Medical מהווה ספק יחיד לרכש המכשיר.

בברכה,



ד"ר זיו רוזנבוים  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות

העתקים:  
ד"ר מיכאל שרף  
יצחק מרום  
אילנה רוזגוביץ  
ד"ר ערן פלג  
ועדת המכרזים לציוד רפואי

**הנדון: אישור ספק יחיד עבור מערכת המודינמית**

(דרישה עבור HORIZON XVu)

ספק: Mennen Medical

1. ביי"ח קפלן מבקש לרכוש מערכת המודינמית עבור חדר צינתור שנמצא בשלבי התקנה. הוגשו דרישות קליניות מיוחדות הכוללות מערכת לניהול נתונים, פרוצדורות וכו'. מצ"ב דרישות קליניות שהתקבלו.
2. בחדר הצינתור הישן קיימת מערכת המודינמית משולבת עם מערכת HEMO CIS (גרסה ישנה) שמשמשת לניהול מאגר הנתונים, ניהול הפרוצדורות והשימוש בצנתרים וסטנטים. שניתנת לשדרוג כך שניתן יהיה להשתמש בה במשותף בשני החדרים.
3. המערכות הקיימות הן של חב' מנן.
4. בהתאם לאמור לעיל, אודה לאישורך שחברת מנן הינה ספק יחיד לצורך הדרישה הקיימת.

בברכה,  
מאיר פריש  
כללית הנדסה רפואית