

תאריך: 25.07.2021  
סימוכין: 1001-2010-2021-010215

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' תרופארם בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: מערכת ניווט ראייתית מבוססת זיהוי תבניות, בשילוב וידאו, רנטגן וCT. יצרן BRONCUS MEDICAL, דג' ARCHIMEDES SYSTEM. דרישת ביי"ח מאיר 30085233

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, [בפקס/מייל 03-6923381, tamima@clalit.org.il](mailto:tamima@clalit.org.il), [LorenKr@clalit.org.il](mailto:LorenKr@clalit.org.il).  
תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

תאריך: 25 ביולי 2021  
סימוכין: 1001-2030-2021-027119

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

**הנדון: רכש מערכת ניווט ראייתית**  
**מאת תרופארם עבור המרכז הרפואי מאיר**

**פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

  
ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לפני**  
**כשביל הבריאות שלך**

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

תאריך: 19.07.2021

לכבוד  
ד"ר זיו פז  
ראש אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש מערכת ניווט ראייתית מאת תרופארם עבור המרכז הרפואי מאיר

1. כללי:

בית חולים / מחוז	בי"ח מאיר 30085233
מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )	מערכת ניווט ראייתית מבוססת זיהוי תבניות ( pattern recognition ) בשילוב וידאו, רנטגן ו-CT

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	ARCHIMEDES SYSTEM
יצרן	broncus medical
משווק ע"י ( ספק בארץ )	תרופארם
אושר בוועדה ( שם הוועדה )	ריאות
מועד התכנסות הוועדה	04/11/2020
בקשה מס'	26724

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

4. חלופות שנבדקו:

a. מערכת ניווט LUNGVISION. מערכת זו נידונה בוועדת ציוד ודורגה כטכנולוגיה נפרדת. להלן תכונות עיקריות שנדרשות לרכש זה אך לא קיימות במערכת LUNGVISION:

- בניית מסלול התקדמות והנחיית הרופא בתוך דרכי אוויר
- הנחיית הרופא ליצירת נתיב גישה מלאכותי (בתוך הרקמה) לתוך הנגע, תוך התחשבות בכלי דם הקיימים סביבו, לאחר השלמת מסלול אופטימאלי בתוך דרכי אוויר

b. מערכת ניווט ראייתית של MEDTRONIC

- מערכת זו עדיין לא נבחנה בכללית, נפתחה בקשה לאחרונה – מס' 29821
- מערכת זו מבוססת על שיטת עבודה אלקטרומגנטית – לא תואם דרישות קליניות.
- ללא בניית מסלול בתוך הרקמה

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור, למעט הבקשה שהוזכרה בסעיף 4.2

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

\_\_\_\_\_ קרן מילשטיין  
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:  
גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית  
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ