

תאריך: 26.07.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010216

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חברי BODY VISION בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מערכת ניווט ראייתית, דגם LUNGVISION, יצרן BODY VISION, בקשה 29681.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, [בפקס/מייל 03-6923381](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

צעד לפני
כשביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

תאריך: 18.07.2021

לכבוד
ד"ר זיו פז
ראש אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מערכת ניווט ראייתית מאת BODY VISION עבור המרכז הרפואי ביי"ח כרמל

1. כללי:

בית חולים / מחוז	בי"ח כרמל
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מערכת ניווט ראייתית מבוססת שחזור תלת מימדי של שיקוף CT (augmented fluoroscopy)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	LUNGVISION
יצרן	BODY VISION
משווק ע"י (ספק בארץ)	BODY VISION
אושר בוועדה (שם הוועדה)	ריאות
מועד התכנסות הוועדה	15.07.2021
בקשה מס'	29681

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

4. חלופות שנבדקו:

4.1. מערכת ניווט ARCHIMEDES. מערכת זו נידונה בוועדת ציוד ודורגה כטכנולוגיה נפרדת. להלן תכונות עיקריות שנדרשות לרכש זה אך לא קיימות במערכת ARCHIMEDES:

- יצירה של תמונה דמוית CONE BEAM CT בזמן אמת בשימוש עם מערכת שיקוף סטנדרטית C-ARM תוך כדי הדגמה של TOOL IN LESION.
- הדגמה של דרכי אוויר סביב הנגע בשיטת AUGMENTED FLEUROSCOPY
- סימון ע"ג תמונת השיקוף- הסתעפות של דרכי האוויר מסביב לנגע ואלה שמובילות אליו
- הצגת הנגע בשיטת 3D OVERLAY בזמן אמת, הדגמת כלי עבודה בתוך הנגע תוך כדי יכולת סיבוב התמונה בתלת מימד

4.2. מערכת ניווט ראייתית של MEDTRONIC

- מערכת זו עדיין לא נבחנה בכללית, נפתחה בקשה לאחרונה – מס' 29821
- מערכת זו מבוססת על שיטת עבודה אלקטרומגנטית – לא תואם דרישות קליניות.
- לא ניתן לייצר תמונת CONE BEAM CT בשימוש עם C-ARM סטנדרטי, ללא הדגמת TOOL IN LESION

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור, למעט הבקשה שהוזכרה בסעיף 4.2

6. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

קרן מילשטיין
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

קרן בכר

מאת:
נשלח:
אל:
עותק:
נושא:
קבצים מצורפים:

חנית קלמן
יום חמישי 22 יולי 2021 06:55
שלומי גרוסמן
אורלי וויינשטיין ד"ר; גדי כהן - סמנכ"ל; ערן פלג; אילנה רוזגוביץ; קרן בכר; הנדסה
וייעוץ - הנדסה רפואית; אינה קרופמן
רכש מערכת ניווט ראייתית מאת BODY VISION עבור המרכז הרפואי בי"ח כרמל בקשה
29681
מערכת ניווט ראייתית lungvision.docx; דרישות קליניות.pdf; רכש מערכת ניווט ראייתית
מאת BODY VISION עבור המרכז הרפואי ביח כרמל.pdf

חנית קלמן
מנהלת לשכה
03-6923390 | hanitka@clalit.org.il
אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית – חטיבת בתי חולים | הנהלה ראשית

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך  **כללית**

תאריך: 22 ביולי 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027117

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מערכת ניווט ראייתית מאת BODY VISION
עבור המרכז הרפואי ב"ח כרמל

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
כשביל הבריאות שלך