

תאריך: 26.07.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010217

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' בפקס בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מוניטור דפיבירלטור מוקשח להעברות, דגם X SERIES, יצרן ZOLL, דרישת יוספטל 30192522.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בוועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

צעד לפני
כשביל הבריאות שלך

תאריך: 25 ביולי 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027118

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

**הנדון: רכש מוניטור דפיברילטור מוקשח להעברות
מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי יוספטל**

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/ שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לפני
בשביל הבריאות שלך**

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

תאריך: 20.07.2021

לכבוד
ד"ר זיו פז
ראש אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

**הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מוניטור דפיברילטור מוקשח להעברות מאת חברת בפקס עבור המרכז הרפואי יוספטל**

1. כללי:

יוספטל	בית חולים / מחוז
דפיברילטור מוניטור מוקשח להעברות	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

X- SERIES	דגם
ZOLL	יצרן
בפקס	משווק ע"י (ספק בארץ)
קרדילוגיה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
אושר במייל (אשרור בוועדה 21.07.21)	מועד התכנסות הוועדה
30044	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
עמוס גזית	STRYKER (Physio Control)	LIFEPAK 12	אינו מיוצר יותר אינו עומד בכל הדרישות הקליניות
עמוס גזית	STRYKER (Physio Control)	LIFEPAK 15	אינו עומד בכל הדרישות הקליניות (מכשיר כבד משקל, וגדול)
מדטכניקה	PHILIPS	MRX	אינו מיוצר יותר אינו עומד בכל הדרישות הקליניות

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגם Lifepak15 אינו מתאים ואינו רלבנטי עבור רכש זה:

1. נדרש מכשיר קטן מימדים המתאים לשימוש במסוק לצורך פינוי בהיטס
2. מבנה - יחידה אחת מובנית
3. נדרש מכשיר ללא כפות דפיברילציה (לצורך חסכון במקום)

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: יולי 2021

4. נדרשות אופציות ניטור מתקדמות (ניטור 12 ליד, ל"ד פולשני ולא פולשני, קפנוגף, סטורציה, טמפרטורה)
5. נדרש מכשיר המתאים לשימוש במגוון אוכלוסיות - מפגים עד מבוגרים

4. חלופות שנבדקו:

- מוניטור דפיברילטור תוצרת חב' PHILIPS, מדגם Tempus, המסופק ע"י חב' מדטכניקה, אינו מאושר ע"י ועדת ציוד, ואינו עומד בדרישות הקליניות - מדובר במכשיר המחולק לשני מודולים - מוניטור נפרד מהדפיברילטור.
- מוניטור דפיברילטור תוצרת חב' MINDRAY מדגם D6, המסופק ע"י חב' בפקס, עדיין לא אושר ע"י ועדת ציוד, ואינו עומד בדרישות הקליניות - מכשיר גדול יותר, שאינו מתאים למגבלות הפיזיות הקיימות.

5. **למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.**

6. הערות:

המכשיר מיועד לשימוש במסוק לצורך פינוי בהיטס - יש מגבלה פיזית ונדרש מכשיר שיאפשר עבודה במגבלות תא צפוף

7. **בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.**

בכבוד רב ובברכה,

דנה ברק
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גבי אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ