

תאריך: 05.09.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010324

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירים עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית אודיומטר קליני, דגם AUDIOSTAR PRO, יצרן GRASON STADLER דרישה סורוקה 29944893.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il, תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

תאריך: 05 בספטמבר 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027197

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מכשירים עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית- אודיומטר קליני
מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי בית חולים סורוקה דרישה 29944893

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-04-01 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 10.08.21

לכבוד
ד"ר זיו פז
ראש אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מכשירים עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית- אודיומטר קליני מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי בית חולים סורוקה

1. כללי :

בית חולים / מחוז	בית חולים סורוקה- דרישה מס' 29944893
מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)	מכשירים עם תדר גבוה לבדיקת שמיעה אבחנתית- אודיומטר קליני

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

דגם	AUDIOSTAR PRO
יצרן	GRASON STADLER
משווק ע"י (ספק בארץ)	מדטכניקה
אושר בוועדה (שם הוועדה)	א.א.ג
מועד התכנסות הוועדה	14/8/2017
בקשה מס'	21393

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן :

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדטון	INTERACUSTICS	AC 40B מק"ט: 1000085076	לא עומד בדרישות הקליניות

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, בהתאם למצב הדברים בפועל כפי שידוע לנו נכון למועד זה, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

א. דגם INTERACOUSTICS AC-40B – לא עונה על הדרישות הקליניות לתמיכה וכיול של ארבעה רמקולים Free Field. למכשיר אמנם קיימת יציאה פיזית לארבעה רמקולים אך התוכנה אינה תומכת בכך בשלב זה.

4. חלופות שנבדקו:
לא נמצאו חלופות העומדות בדרישות הקליניות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.
6. הערות:

תכונות ייחודיות למכשיר האודיומטר:

- 6.1 אודיומטר לבדיקת סף שמיעה מכל הסוגים ולכל סוגי האוכלוסייה
 - 6.2 אודיומטר בעל שני ערוצים
 - 6.3 המערכת בעל מסך צבעוני ואפשרות לשמור את הבדיקות על מחשב (תוכנת Oto ACCESS) ליצירת בסיס נתונים
 - 6.4 קיימת אפשרות להקליט רשימות מילים
 - 6.5 למכשיר יש אפשרות לעבוד עם אוזניות, INSERT ו-F.F
 - 6.6 למכשיר האפשרות לעבוד עם 4 רמקולים במצב F.F מכוילים
 - 6.7 הרכש דחוף מאוד למוסד
7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:
גבי אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית
גבי אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ