

תאריך: 04.10.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010374

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' גטר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מיקרוסקופ אור כירורגי רצפתי ברמת פרימיום, דגם TIVATO 700, יצרן ZEISS, דרישת מאיר 30454666.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.


שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

תאריך: 04 באוקטובר 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027211

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי ברמת פרימיום
מאת גטר עבור המרכז הרפואי מאיר

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי ויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה ויועץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
בשביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 19.09.2021

לכבוד
ד"ר זיו פז
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי ברמת פרימיום מאת גטר עבור המרכז הרפואי מאיר

1. כללי :

מאיר, דרישת רכש מס' 30454666	בית חולים / מחוז
מיקרוסקופ אור כירורגי ריצפתי ברמת פרימיום	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

TIVATO 700	דגם
ZEISS	יצרן
גטר גרופ בע"מ	משווק ע"י (ספק בארץ)
עמוד שדרה	אושר בוועדה (שם הוועדה)
אושר במייל ע"י יו"ר וועדת ציוד ברמת פרימיום	מועד התכנסות הוועדה
הערה: המערכת הנ"ל אושרה ע"י יו"ר וועדת ציוד עמוד שדרה במייל בתאריך 10.08.21, הבקשה תובא לאשרור בוועדת ציוד הקרובה	
טרם פורסם פרוטוקול לוועדה ואישור מקצועי למיקרוסקופ לספק גטר	
26986	בקשה מס'

3. ועדת הציוד המקצועית הרלבנטית של שירותי בריאות כללית אישרה דגם יחיד בטכנולוגיה זו, הוא הדגם כמפורט בסעיף 2 לעיל.

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

4. חלופות שנבדקו:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	HS	דגם: Hi-R 700XY מק"ט: 1000121789	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. לא אושר בוועדת ציוד עמוד שדרה (מאושר בוועדת נירוכירורגיה)
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ	Leica	דגם: M525F20 מק"ט: 1000053285	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. דגם ישן, הופסק הייצור לדגם הני"ל ג. לא אושר בוועדת ציוד עמוד שדרה (מאושר בוועדת א.א.ג.)
גטר גרופ בע"מ	Zeiss	דגם: VARIO 700 מק"ט: 1000080474	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. דגם ישן, הופסק הייצור לדגם הני"ל
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ	LEICA	דגם: M530 OHX מק"ט: 1000124377	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. לא אושר בוועדת ציוד עמוד שדרה (מאושר בוועדת נירוכירורגיה)
לפידות מדיקל יבוא ושיווק בע"מ	LEICA	דגם: M525 F50 מק"ט: 1000092454	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. דגם ישן, הופסק הייצור לדגם הני"ל ג. לא אושר בוועדת ציוד עמוד שדרה (מאושר בוועדת א.א.ג.)
מדי פישר הנדסה ומדע (2002) בע"מ	HS	דגם: HI-R NEO 900A מק"ט: 1000126777	א. לא עומד בדרישות קליניות של המוסד ב. לא אושר בוועדת עמוד שדרה (מאושר בוועדת עיניים)

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

טופס מס': 01-300.03	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

6. הערות :

תכונות ייחודיות למיקרוסקופ TIVATO 700 של היצרן ZEISS :

א. Autodrape- מערכת לייצור וואקום לכיסויי המיקרוסקופ להצמדות מרבית של הכיסוי לגוף המיקרוסקופ-יכולת שדה ראיה רחב יותר ללא הפרעה של הניילון לשדה הראייה, מהיר וקל לתפעול ומאפשר גישה נוחה בעבודה מתחת לזרוע המיקרוסקופ

ב. Magnification changer- יכולת הגדלה גבוהה (עד 50% יותר) במערכת הבינוקולר של המנתח הראשי ללא השפעה על הפוקוס והשפעה באופטיקה של המנתח המשני

ג. תאורה הלוגן ראשית ותאורת גיבוי- חשוב בהגדלות גבוהות כאשר שדה הניתוחים מאוד מצומצם

ד. המערכת כוללת מערכת איזון אוטומטית מלאה

ה. בקרת עוצמת תאורה כפונקציה של שינוי מרחק עבודה למניעת כוויות ונזק תרמי לרקמה

ו. פוקוס אוטומטי מונחי לייזר

ז. מיקרוסקופ ברמת פרימיום

ח. טווח עבודה גבוהה 200 mm-625

ט. Active Vibration Damping- מערכת לבלימת תנודות לא רצויות (ויברציות) בראש המיקרוסקופ

י. מערכת הקלטה ומצלמה באיכות 4K

יא. רכש דחוף למוסד

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 4 מתוך 4 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

העתקים:

גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית

גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ