

תאריך: 06.10.2021
סימוכין: 1001-2010-2021-010379

נספח מס' 1
סעיף 6.2 א (2)
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדטכניקה בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש טימפנומטריה אבחנתיים, דגם TYMPSTAR PRO, יצרן GSI GRASON STADLER. דרישת סורוקה 29792885.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן
ראש אגף רכש

תאריך: 06 באוקטובר 2021
סימוכין: 1001-2030-2021-027213

לכבוד
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

הנדון: רכש טימפנומטריה אבחנתיים
מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

העתקים:

ד"ר אורלי וויינשטיין- סמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות
גב' אילנה רוזגוביץ'- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

צעד לפני
כשכיל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 03.10.21

לכבוד
ד"ר זיו פז
ראש אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד
רכש טימפנומטריה אבחנתיים מאת מדטכניקה עבור המרכז הרפואי סורוקה

1. כללי:

סורוקה	בית חולים / מחוז
טימפנומטריה אבחנתיים, דרישת רכש מס' 29792885	מבקש לרכוש (שם טכנולוגיה)

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

Tympstar PRO	דגם
GSI- GRASON-STADLER	יצרן
מדטכניקה	משווק ע"י (ספק בארץ)
א.א.ג.	אושר בוועדה (שם הוועדה)
26/12/2019	מועד התכנסות הוועדה
24080	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

הערות	דגם ומק"ט כללית	שם היצרן	שם הספק
לא עומד בדרישות קליניות של המוסד	AT 235h מק"ט: 1000112670	INTERACUSTICS	מדטון

(להלן: "הדגמים האחרים")

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגם האחר אינו מתאים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

1. AT 235h-INTERACUSTICS .

- א. ללא יכולת שימוש כמערכת עצמאית לביצוע דיאגנוסטיקה רחבה במהלך הבדיקה – דורש מחשב PC לביצוע דיאגנוסטיקה במהלך הבדיקה, לרבות תוכנה ייעודית + מסך + מקלדת
- ב. ללא יכולת בחירת קריאה אחת מתוך מס' בדיקות- לרבות ביצוע אנליזה, ניתוח והדפסה לקריאה המבוקשת בלבד
- ג. לצורך ביצוע בדיקות ETF וריפלקס ידני לילדים ותינוקות יש צורך בשני אנשי צוות.
- ד. מסך קטן- פונטים קטנים (ללא אפשרות לשינוי גודל הפונט), אינו כולל מסך מגע

4. חלופות שנבדקו:

לא ידוע על חלופות נוספות העומדות בתנאים של דרישות הקליניות

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות :

תכונות ייחודיות למכשירי Tympstar PRO של היצרן GSI :

- 6.1 יכולת המערכת לשמש כמערכת StandAlone ללא תלות במחשב PC – במהלך הבדיקה הקלינאי יכול לבצע אנליזה מפורטת לבדיקה כולל הפקת פלט ע"י מדפסת
- 6.2 פונקציית ZOOM לביצוע דיאגנוסטיקה ופענוח (ע"י הבודק עצמו) תוצאות הבדיקה שהתקבלו תוך סימון ערכי הבדיקה (הענות ולחץ) ונטרול קריאות false שהתקבלו כמו בכי ושיעול-מייתר בדיקות חוזרות בעיקר בבדיקות תינוקות וילדים.
- 6.3 פרוטוקולים מוגדרים מראש- מאפשר יצירת עקביות בבדיקות ויעילות בזמן הבדיקה
- 6.4 מעבר מהיר בין הבדיקות (Tymp, Reflex, ETF וכיו"ב) להפעלת כל סוגי הבדיקות ע"י בודק אחד בלבד ללא תלות בבודק נוסף- הכרחי בבדיקות ילדים
- 6.5 מסך טאצ' בעל תצוגה צבעונית בגודל 12 אינץ' הכולל פונטים גדולים וברורים להצגה ברורה וביצוע ניתוח ושינוי בערכים במהלך הבדיקה בקלות ובעילות

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ