

תאריך: 02.12.2021  
סימוכין: 1001-2010-2021-010609

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' מדי פישר בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מצלמת פונדוס זווית רחבה, דגם CALIFORNIA, יצרן OPTOS. דרישת העמק 30850508.
2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.
3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.
4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, [ilanaro@clalit.org.il](mailto:ilanaro@clalit.org.il), תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.



שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

**צעד לפני**  
**בשביל הבריאות שלך**

תאריך: 02 בדצמבר 2021  
סימוכין: 1001-2030-2021-027237

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,

**הנדון: לרכש מכשיר מצלמת פונדוס זווית רחבה**  
**מאת מדי פישר עבור בית החולים העמק**

**פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים**

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנוהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

  
ד"ר זיו פז

מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

**העתיקים:**

ד"ר אורלי וויינשטיין- סמנכ"לית וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' תמי מתת- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לפני**  
**כשביל הבריאות שלך**

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2021

תאריך: 25.11.21

לכבוד  
ד"ר זיו פז  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: המלצה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
לרכש מכשיר מצלמת פונדוס זווית רחבה עבור בית החולים העמק

1. כללי :

מרכז רפואי העמק, דרישה מס' 30850508	בית חולים / מחוז
מצלמת פונדוס לצילום רשתית בזווית של עד 200° ללא הרחבת אישונים (Non Mydriatic) הכוללת מודולים : Auto Fluorescence + FA+ ICG+ Red color	מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש :

CALIFORNIA	דגם
OPTOS	יצרן
מדי פישר	משווק ע"י ( ספק בארץ )
עיניים	אושר בוועדה ( שם הוועדה )
2/3/2016	מועד התכנסות הוועדה
17910	בקשה מס'

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
מדי פישר	OPTOS	TX200	לא קוטלג

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 2 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: נובמבר 2021

המערכת הנ"ל מחליפה את המערכת הישנה של אותו יצרן מדגם TX200 (בקשה 15432)  
אשר הופסק הייצור שלה

4. חלופות שנבדקו: אין

5. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

6. הערות:

תכונות ייחודיות למכשיר CALIFORNIA של היצרן OPTOS כדלקמן:

- הבדיקה מתבצעת ללא הרחבת אישונים - Non Mydriatic fundus camera
- המערכת כוללת צילום אישון אוטומטי ללא צורך במרכז ההכרחי לצילום תינוקות, פגים ומטופלים עם שת"פ ירוד
- מצלמת פונדוס בעלת זווית צילום של 200 מעלות המספקת מידע רב באזור הפריפריה של הרשתית בצילום One Shot בתמונה אחת- כיום קיימות טכנולוגיות עם זוויות של כ- 50 מעלות בלבד
- קיימת מערכת עקיבה אוטומטית לצילום האישון ללא צורך במרכז
- הרכש דחוף מאוד למוסד

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם  
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:  
גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית  
גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ