

תאריך: 02.12.2021  
סימוכין: 1001-2010-2021-010607

נספח מס' 1  
סעיף 6.2 א (2)  
סימוכין:

הנדון: הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד

בכוונת שירותי בריאות כללית להתקשר עם חב' טרדיס גת בע"מ בהיותו ספק יחיד/חוץ לעניין ההתקשרות הנדרשת, שפרטיה להלן:

1. נושא ההתקשרות: רכש מכשירי טונומטר דיגיטלי נייד, דגם IC200, יצרן I CARE דרישות סורוקה 30795443, תא 30752138, קפלן 30869247, העמק 30869335, בלינסון 30878832.

2. הדרישות והתנאים בהם על הספק לעמוד לצורך ההתקשרות: ספק שאושר מקצועית בועדת ציוד מקצועית לתחום הנ"ל.

3. עיקרי חוות הדעת של הסמכות המקצועית: למיטב ידיעתי לא קיימים ספקים נוספים אשר ברשותם ציוד מסוג זה שאושר לשימוש בכללית.

4. אדם הסבור כי קיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות רשאי לפנות אל אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, בפקס/מייל 03-6923381, ilanaro@clalit.org.il תוך 14 ימי עבודה ממועד הודעה זו, ופנייתו תועבר אל אגף רכש ציוד ומכשור רפואי.

  
שלומי גרוסמן  
ראש אגף רכש

צעד לפני  
בשביל הבריאות שלך

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 1 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

תאריך: 30.11.21

לכבוד  
ד"ר זיו פז  
ראש אגף טכנולוגיות רפואיות  
שירותי בריאות כללית

שלום רב,

הנדון: בקשה לבחינת התקשרות לרכש ציוד רפואי בפטור ספק יחיד  
רכש טונומטר דיגיטלי נייד מאת טרדיסגת עבור המרכז הרפואי סורוקה, מחוז תל אביב, קפלן, בלינסון  
והעמק

1. כללי:

סורוקה, דרישת רכש מס' 30795443 מחוז תל אביב, דרישת רכש מס' 30752138 קפלן, דרישת רכש מס' 30869247 העמק, דרישת רכש מס' 30869335 בלינסון, דרישת רכש מס' 30878832 טונומטר דיגיטלי נייד לילדים ולמבוגרים	בית חולים / מחוז
מבקש לרכוש ( שם טכנולוגיה )	

מסמך דרישות קליניות עבור רכש זה מצורף לחוות הדעת.

2. הדגם כמפורט להלן עומד בכל הדרישות הקליניות ומתאים לצורך ביצוע הרכש הנדרש:

דגם	IC 200
יצרן	I CARE
משווק ע"י ( ספק בארץ )	טרדיסגת
אושר בוועדה ( שם הוועדה )	עיניים
מועד התכנסות הוועדה	10.09.2019
בקשה מס'	26557

3. ועדת הציוד אישרה מס' דגמים נוספים בטכנולוגיה זו, כדלקמן:

שם הספק	שם היצרן	דגם ומק"ט כללית	הערות
סקיימד	I CARE	IC 200 בקשה מס' 26494	הפסקת נציגות יצרן I CARE
טרדיסגת	I CARE	ICARE PRO TONOMETER בקשה מס' 10987	הופסק הייצור

טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 2 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

(להלן: "הדגמים האחרים")

עם זאת, על פי הדרישות הקליניות שהגיש המוסד, הדגמים האחרים אינם מתאימים ואינם רלבנטיים עבור רכש זה:

**CARE- IC 200 | (ספק סקיימד):**

א. הספק סקיימד הודיע כי החל מחודש ספטמבר 2021 הוא יפסיק לייצג את היצרן ICARE

**CARE- PRO | (ספק טרדיסגת):**

א. הופסק הייצור לדגם הנ"ל

4. למיטב ידיעתי, ועל סמך בדיקה שערכתי, נכון למועד זה לא הוגשה בקשה לביצוע הערכה קלינית עבור ציוד חדש בטכנולוגיה זהה או מקבילה ולא קיימת בקשה לפתיחת מק"ט לגבי טכנולוגיה כאמור.

5. **חלופות שנבדקו:**

לא נבדקו חלופות נוספות מאחר ולא קיימות חלופות העומדות בתנאים של דרישות הקליניות

6. **תכונות ייחודיות למערכת ICARE-IC200:**

- א. טונומטר דיגיטלי נייד ייעודי לילדים, מבוגרים ונכים
- ב. שיטת המדידה הינה פרוב שתנועתו מומרת לקריאות לחץ תוך עיני
- ג. קיימת אופציה לחיבור המכשיר למחשב להפקת דוחות ומעקב
- ד. מכשיר נוח במיוחד למדידת לחץ בילדים
- ה. בדיקה עדינה שאינה דורשת טיפות אלחוש לצורך בדיקה כפי שנדרש ברוב המקרים בשאר המכשירים
- ו. לבדיקת מטופלים בשכיבה ובישיבה
- ז. אורך חיים ארוך לסוללות - 1200-1500 בדיקות



טופס מס': 300.03-01	מחלקת הנדסה וייעוץ	עמוד 3 מתוך 3 עמודים
שם הטופס: ספק יחיד	מהדורה מס' 3	תאריך תוקף: מרץ 2017

7. בהתאם למצב הדברים בפועל, ולפי הידוע לנו נכון למועד זה, הרי שלגבי דרישת הרכש נשוא חוות דעת זאת, קיים ספק יחיד בלבד הבא בחשבון בנסיבות העניין לגבי הטכנולוגיה כמפורט לעיל, והכל כמפורט לעיל.

בכבוד רב ובברכה,

ירון מנחם  
יועץ הנדסה רפואית

העתקים:

גב' אינה קרופמן, ראש תחום סיווג טכנולוגיות רפואיות, אגף טכנולוגיות רפואיות ובריאות דיגיטלית

גב' אילנה רוזגוביץ, מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג, מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ

תאריך: 01 בדצמבר 2021  
סימוכין: 1001-2030-2021-027236

לכבוד  
מר שלומי גרוסמן- ראש אגף הרכש  
חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות

שלום רב,


הנדון: רכש טונומטר דיגיטלי נייד  
מאת טרדיסגת עבור המרכז הרפואי סורוקה, מחוז תל אביב, קפלן, בלינסון והעמק

פרסום הליך לבדיקת קיומם של ספקים

מצ"ב מכתבו של יועץ כללית הנדסה רפואית בנושא שבנדון (להלן: "חוות הדעת").

לאחר עיון בחו"ד הנ"ל, אינני רואה מניעה עקרונית כי ועדת המכרזים תפרסם הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד, על סמך חוות הדעת, לקראת התקשרות אפשרית לרכישת הציוד הרפואי שבנדון בעילה של ספק יחיד ובכפוף לתוצאות ההליך כאמור, והכל בהתאם להוראת סעיף 6.2.25 לנהל מס' 01-01-04 (התקשרויות (במכרז או בפטור ממכרז) בעסקאות טובין/מקרקעין/עבודות/שירותים).

בברכה,

  
ד"ר זיו פז  
מנהל אגף טכנולוגיות ובריאות דיגיטלית

**העתיקים:**

ד"ר אורלי וויינשטיין- סמנכ"לית וראש חטיבת בתי חולים  
גדי כהן- סמנכ"ל וראש חטיבת לוגיסטיקה ותשתיות  
גב' תמי מתת- מנהלת מחלקת רכש מכשור רפואי, אגף הרכש  
ד"ר ערן פלג- מנהל מחלקת הנדסה וייעוץ, כללית הנדסה רפואית בע"מ  
ועדת המכרזים הארצית לרכש ציוד, מכשור רפואי ותרופות

**צעד לפני**  
**בשכיל הבריאות שלך**